



Název veřejné zakázky: **Fibrobronchoskopy pro Plicní oddělení a Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1400/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro Fibrobronchoskop pro plicní oddělení požaduje „Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2,2 mm“.

Chtěli bychom nabídnout, přístroj s vnitřním průměrem pracovního kanálu 2,1 mm.

Akceptuje zadavatel přístroj, který slouží ke stejnému medicínskému účelu a zároveň je jeho průměr pracovního kanálu 2,1 mm?

Odpověď

Zadavatel trvá na zadání.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci pro Intubační Fibrobronchoskop pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení požaduje „Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2,6 mm“.

U přístroje, který chceme nabídnout, uvádí jeho výrobce průměr pracovního kanálu v setinách mm. Konkrétně 2,55 mm. Pokud by výrobce tento parametr uváděl v desetinných, jak zadavatel požaduje a zaokrouhlil by jej, uváděl by u průměru pracovního kanálu požadovaných 2,6 mm.

Akceptuje zadavatel přístroj, který slouží ke stejnému medicínskému účelu a zároveň je jeho průměr pracovního kanálu uveden v setinách jako 2,55 mm?

Odpověď

Zadavatel trvá na zadání. Neakceptuje zaokrouhlení. Zadavatel trvá na požadavku na pracovní kanál o průměru minimálně 2,60 mm.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci pro Intubační Fibrobronchoskop pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení požaduje „Ohybovou část s rozsahem angulace nahoru minimálně 180°“.

Ohybová část našeho přístroje je nahoru 160°. Přístroje s tímto rozsahem angulace běžně dostačují náročnosti výkonů na odd. ARO a nemají vliv na průběh výkonu.

Akceptuje zadavatel přístroj, který slouží ke stejnému medicínskému účelu a zároveň je jeho angulace nahoru 160°?



Odpověď

Zadavatel trvá na zadání.

V Ústí nad Labem dne: 27 -11- 2018

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel