

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1313/2018

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - ČÁST 22: Plasmová koagulace“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000205“

ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-021023“

Předmět veřejné zakázky: Plasmová koagulace

Cena sjednaná ve smlouvě: 1 200 000,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: Meditrade spol. s r.o.
Sídlo: MEDITRADE spol. s r.o.
Příbramská 1337/9
710 00 Ostrava
IČO: 48390186

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě posouzení splnění požadavků zadavatele.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Meditrade spol. s r.o.	MEDITRADE spol. s r.o. Příbramská 1337/9 710 00 Ostrava	48390186	1 200 000,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
2.	LaparoTech Instruments s. r. o.	Školní 1534 250 02 Stará Boleslav	25622846	520 000,- Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
LaparoTech Instruments s. r. o.	Školní 1534 250 02 Stará Boleslav	25622846

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Z doložené dokumentace vyplývá, že účastník nesplnil technickou specifikaci, která byla upřesněna ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12, 18 a 22, která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 7. 2018, 1. 8. 2018, 15. 8. 2018. Zadavatel uvedl, že nepřipouští nabídnutí standardního generátoru s Argon plasmovým modulem. V předloženém manuálu na str. 5 je uvedeno:

ARGON GAS ENHANCED MONOPOLAR MODE

Argon is an inert and not dangerous gas usable, combined with all monopolar currents, by specific accessories.

The use of this gas allows the obtaining of some special effects:

- The reduction of the smoke or bad smells when it is combined with all the monopolar currents.

- THE ARGON COAGULATION when is combined with the monopolar, high voltage SPRAY current.

This coagulation, with maximum deep of 3mm, is very efficient and useful to coagulate, in a very quick and constant way, bleeding tissues without damaging them. (For example the hepatic parenchyma).

Z předložených dokladů vyplývá, že účastník nabídl standardní argonovou koagulaci, která má v sobě integrovaný argonový modul.

Zadavatel dále požadoval v technické specifikaci:

- Použití multifunkčních nástrojů umožňujících aplikaci energie plazmy vícero režimy –alespoň řez, vaporizace, koagulace v kontinuálním nebo pulsním módu
- Bezpečná resekce metastáz ze stěn cévního systému: v. cava, aorta, ilicae externae et communis

Účastník nabídl přístroj, který neumožňuje splnění výše uvedených požadavků – neumožňuje řez a resekci za použití plasmy.

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita: Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito: Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Takovýto požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 21.12.2018

Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

