



Název veřejné zakázky: **Transportní ventilátor pro nefrologicko-dialyzační oddělení – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1433/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Ve specifikaci pro výše uvedený typ přístroje je uvedeno monitoring Mvspont, Fspont. Bude zadavatel akceptovat přístroj s indikací spontánního dýchání (Mv spont a Fspont) zobrazením piktogramu a barevným odlišením spont. a řízených dechů? Přístroj plně odpovídá medicínskému účelu a tento typ přístroje již zadavatel ve svých zdravotnických zařízeních používá.

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, akceptujeme.

Dotaz č. 2

Ve specifikaci pro výše uvedený typ přístroje je rozsah pro parametr Flow trigger 3-15l/min. Bude zadavatel akceptovat přístroj s nastavením rozsahu pro parametr Flow trigger 0-10l/min a OFF (vypnuto), což je rozsah plně dostačující pro nastavení bezpečné ventilace pacienta všech věkových kategorií. Přístroj plně odpovídá medicínskému účelu a tento typ přístroje již zadavatel ve svých zdravotnických zařízeních používá.

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, akceptujeme.

V Ústí nad Labem dne:

16-01-2019

02


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel