



Název veřejné zakázky: **Dialyzační přístroje**
Druh zadávacího řízení: otevřené
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **1441/2018**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

- K bodu Technická specifikace – Dialyzační přístroje:
On-line pre i post diluční hemodiafiltrace/hemofiltrace bez nutnosti použití
přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku a komůrek k dialyzačnímu
setu

Dotaz č.1

Bude zadavatel akceptovat řešení, které preferuje přídavný filtr z důvodu zajištění
mikrobiologické čistoty roztoku a tím mnohem lépe chrání zdraví pacienta?

Tento filtr je poslední bránou proti endotoxinům v dráze substitučního roztoku, kdy
výsledkem je ultračistý sterilní substituční roztok, což z dlouhodobého hlediska zlepšuje
kvalitu HDF léčby.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci zadání.

- K bodu Technická specifikace – Dialyzační přístroje:
Přehledná barevná otočná dotyková obrazovka

Dotaz č.2

Dle našeho názoru jde pouze o současný „kosmetický trend“. Řada hemodialyzačních
přístrojů, které mohou prokázat svou kvalitu a splňují požadované normy, nedisponuje
otočnou obrazovkou. Zadávací podmínky neobjasňují, proč zadavatel požaduje právě jen
toto konstrukční řešení, ačkoliv řada přístrojů jiných výrobců, byť nevybavených otočnou
obrazovkou, plní svůj účel zcela plnohodnotně. Tento požadavek zadavatele podle nás nemá
konkrétní opodstatnění, neboť přístroj ovládá výhradně zdravotnický personál – pacient
proto nepotřebuje mít přístup k ovládacím prvkům přístroje. Krom toho je dezinfekce
povrchu přístrojů s otočným monitorem složitější než dezinfekce povrchu přístrojů s
monitorem umístěným v těle přístroje.


Rádi bychom se proto zadavatele dotázali, zda bude akceptovat barevnou dotykovou
obrazovku napevno zasazenou do těla přístroje, jestliže lze snadno otáčet celým přístrojem?



Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na požadavku přehledné barevné otočné dotykové obrazovky uvedeném v technické specifikaci zadání.

V Ústí nad Labem dne: 22 -01- 2019

02
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel