

Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zák. č. 137/2006 Sb. o VZ

k VZ

„Inovace a obnova zobrazovací techniky KZ, a.s.“

(VZ 376660)

„Část VZ č. 3 - Systém SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)“

Identifikační údaje zadavatele:	Krajská zdravotní, a.s. Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem IČO: 25488627
Předmět VZ:	Předmětem veřejné zakázky je obnova zobrazovací techniky na odděleních nukleární medicíny v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem a v nemocnici Chomutov, dále pak na oddělení radiodiagnostiky v nemocnici Chomutov. Účelem je zajistit na vysoké odborné úrovni a ve spolupráci s ostatními medicínskými obory kvalitní přesnou diagnostickou péči v rámci léčby celé řady nádorových a vybraných nenádorových onemocnění. V rámci části VZ č. 4 je poptáván Systém SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie).
Cena zakázky:	Nabídková cena vč. DPH: 7 286 888,70 Kč
Zvolený druh zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení na dodávky
Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů:	ACESO PRAHA, s.r.o., Se sídlem: K Červenému vrchu 7, 160 00 Praha 6 IČ: 48025551
Odůvodnění výběru:	Vítězná předložená nabídka splňuje všechny požadavky zadávací dokumentace a jejích hodnotících kritérií.
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:	Nabídka č. 1: Uchazeč: MEDKONSULT s.r.o., Balcárkova 8, 779 00 Olomouc Cena vč. DPH: 9 230 484,- Kč Nabídka č. 2: Uchazeč: Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13 Cena vč. DPH: 10 847 033,- Kč Nabídka č. 3: Uchazeč: BANK.SYS s.r.o., Nad Vavrouškou 15/695, Praha 8, 181 00 Cena vč. DPH: 6 037 537,- Kč Nabídka č. 4: Uchazeč: ACESO PRAHA, s.r.o., K Červenému vrchu 7, 160 00 Praha 6 Cena vč. DPH: 7 286 888,70 Kč
Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení:	Nabídka č. 1: Uchazeč: MEDKONSULT s.r.o., Balcárkova 8, 779 00 Olomouc Důvod vyloučení:

	Důvodem vyloučení je podání nepřijatelné nabídky, jejíž nepřijatelnost spočívá v nesplnění minimálních technických parametrů stanovených zadavatelem u nabízeného přístroje. <u>Odůvodnění:</u> Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený přístroj „Systém SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)“. Tyto minimální technické parametry byly uvedeny v příloze č. 3 ZD - Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro jednotlivé části veřejné zakázky a v příloze č. 4 ZD – Technický list přístroje. Jednalo se mimo jiné o požadavek na nízké zeslabení (< 10%) lůžka pro vyšetření ve vysokém rozlišení, dále požadavek na motorizovaný automatický pohyb lůžka ve vertikálním a horizontálním směru a požadavek na systém gantry. Na základě předložených dokladů a informací uvedených v nabídce bylo hodnotící komisí zjištěno, že přístroj předložený v nabídce výše uvedené požadavky stanovené zadavatelem nesplňuje. V předložené nabídce nabízíte systém QuantumCam, který gantry neobsahuje. Zadavatel pro úplnost uvádí, že v rámci lhůty pro podání nabídek uchazeč mohl využít svoji možnost vznést dotaz zadavateli, jestli jím nabízená technologie je pro zadavatele akceptovatelná. Nabídka č. 3: Uchazeč: BANK.SYS s.r.o., Nad Vavrouškou 15/695, Praha 8, 181 00 <u>Důvod vyloučení:</u> Důvodem vyloučení je podání nepřijatelné nabídky, jejíž nepřijatelnost spočívá v nesplnění minimálních technických parametrů stanovených zadavatelem u nabízeného přístroje. <u>Odůvodnění:</u> Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený přístroj „Systém SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)“. Tyto minimální technické parametry byly uvedeny v příloze č. 3 ZD - Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro jednotlivé části veřejné zakázky a v příloze č. 4 ZD – Technický list přístroje. Jedním z požadovaných parametrů byl požadavek zadavatele na připojení do PACS, a to MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX, 100BASE-SX, 1000BASE-SX). Na základě předložených dokladů a informací bylo hodnotící komisí zjištěno, že přístroj předložený v nabídce tento požadavek stanovený zadavatelem nesplňuje.
--	--

V Ústí nad Labem, dne 30. 6. 2014

Ing. Petr Fiala
ředitel



13



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

W