



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Zdravotnické přístroje a technika**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1478/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ČÁST 2: Mobilní RTG přístroj

Dotaz 1:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci - část 2 mobilní RTG přístroj

Zadavatel mezi požadavky na mobilní RTG přístroj uvádí:

- „Váha přístroje maximálně 440 kg“

Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje světového výrobce, který převyšuje všechny ostatní požadavky, avšak jeho hmotnost je 575 kg?

Vyšší hmotnost námi nabízeného přístroje je zapříčiněna využitím dvou oddělených sad akumulátorů, kdy jedna slouží pro pojezd a druhá pro snímkování. Dvě samostatné sady akumulátorů jsou velkou výhodou, neboť nemůže dojít k tomu, že po snímkování již není možné s přístrojem odjet z patientského pokoje z důvodu vybití jednoho společného akumulátoru.

Námi nabízený přístroj disponuje plnou motorizací všech pohybů, díky čemuž je manipulace s ním velmi snadná i přes vyšší hmotnost, netřeba vyvíjet většího úsilí. Ergonomie přístroje s velkými zadními koly zajišťuje výbornou manévrovatelnost i stabilitu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na specifikaci, kde je nejvyšší přípustná hmotnost přístroje maximálně 440 kg. Na dětském a dorostovém oddělení jsou v prostorech pro novorozence dosti stísněné podmínky a proto zadavatel upřesňuje další parametry přístroje, které musí být splněny.

- Maximální šířka přístroje musí být 60 cm – z důvodu úzkých dveří a prostoru mezi inkubátory
- Maximální výška přístroje s rentgenkou v parkovací pozici musí být 120 cm



Dotaz 2:

**Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci
- část 2 mobilní RTG přístroj**

Zadavatel v technické specifikaci plochých bezdrátových detektorů neuvádí požadavek na typ scintilační vrstvy.

Domnívá se uchazeč správně, že s ohledem na plánované využití přístroje na novorozeneckém oddělení bude Zadavatel vyžadovat dodání kvalitních digitálních detektorů s technologií CsI?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude požadovat dodání bezdrátových plochých detektorů s technologií CsI.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro část 2. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 04-03-2019

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel