



Název veřejné zakázky: Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Zdravotnické přístroje a technika

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1478/2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

ČÁST 2: Mobilní RTG přístroj

Dotaz 1:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci - část 2 mobilní RTG přístroj

Zadavatel mezi požadavky na mobilní RTG přístroj uvádí:

- „Váha přístroje maximálně 440 kg“

Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje světového výrobce, který převyšuje všechny ostatní požadavky, avšak jeho hmotnost je 575 kg?

Vyšší hmotnost námi nabízeného přístroje je zapříčiněna využitím dvou oddělených sad akumulátorů, kdy jedna slouží pro pojezd a druhá pro snímkování. Dvě samostatné sady akumulátorů jsou velkou výhodou, neboť nemůže dojít k tomu, že po snímkování již není možné s přístrojem odjet z patientského pokoje z důvodu vybití jednoho společného akumulátoru.

Námi nabízený přístroj disponuje plnou motorizací všech pohybů, díky čemuž je manipulace s ním velmi snadná i přes vyšší hmotnost, netřeba vyvíjet většího úsilí. Ergonomie přístroje s velkými zadními koly zajišťuje výbornou manévrovatelnost i stabilitu.

Odpověď:

Zadavatel upravuje odpověď na dotaz z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
Maximální výška přístroje s rentgenkou v parkovací pozici musí být 160 cm



Odpověď:

V souvislosti s úpravou technické specifikace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro část 2. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek

