

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Infuzní technika**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1479/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz 1:

Zadavatel v příloze ZD s názvem Specifikace předmětu plnění požaduje

- 1) u infuzní pumpy „Technické řešení přístroje zamezující podání nechtěného bolusu při zakládání stříkačky do přístroje“. Dovolujeme si upozornit zadavatele, že v tomto případě se pravděpodobně jedná o chybu, neboť požadavek na použití injekčních stříkaček je i infuzních pump irelevantní. Bude zadavatel tak laskav a tuto podmínku z technické specifikace odstraní?

Odpověď:

Zadavatel připouští, že se jedná o irelevantní požadavek a již na něm netrvá.

Dotaz 2:

- 2) U technické specifikace infuzní pumpy zadavatel požaduje: Použití různých infuzních setů v pumpě, tj.:

- set pro běžnou infuzi od minimálně 3 různých výrobců
- set pro transfuzi

Bude zadavatel akceptovat řešení s použitím širokého portfolia různých druhů infuzních setů, včetně setů pro podávání transfuze, dedikovaných výrobcem pro daný druh infuzní pumpy? Kdy u těchto infuzních setů garantuje výrobce mechanickou přesnost podávání 96 hodin a tím snižuje celkové náklady na spotřební materiál. Mimoto nižší interval výměny infuzních setů, který umožňuje toto řešení, může vést ke snížení výskytu infekcí. A to i dle Cochrane databáze, ze které lze vyvodit doporučení pro použití infuzních setů až 96 hodin bez zvýšení rizika infekce. Častější výměna infuzních setů vlivem častější manipulace s uzavřenou infuzní linkou je z hlediska možné kontaminace naopak kontraproduktivní. Tento fakt zohledňují jak všeobecně uznávané CDC guidelines, tak i mnohá ošetrovatelská doporučení, např. časopis Nursing (2017). Dále tuto skutečnosti dokládají klinické studie vázané přímo na pediatrické pacienty, jež



doporučují dobu používání infuzních setů 72 hodin, nejen z důvodu nežádoucích příhod, ale i z důvodu snížení pracovního a nákladového zatížení, např. Analysis of 72-Hour Sterility of Common Pediatric Continuous Intravenous Infusions (JPPT, 2007). Tato praxe je nyní již běžně přejímána a aplikována do ošetrovatelských směrnic mnoha zařízení v ČR a zároveň se stává standardem v ošetrovatelské praxi.

Odpověď:

Zadavatel nadále netrvá na použití běžného setu od různých výrobců a znění požadavku upravuje na „set pro běžnou infuzi s garancí udržení přesnosti dávkování po dobu minimálně 24 hodin provozu.“

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 14.05.2019

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel