



Název veřejné zakázky: **Laparoskopické věže**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1492/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si Vás dovoluji požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**Laparoskopické věže**“, část 2 – **Artroskopická věž**.

Dotaz č. 1

V Příloze č. 3 Technické specifikace část 1 – 2 je v části Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti pro **Kamerovou jednotku a záznamové zařízení** požadavek „uložení minimálně 20 profilů s nastavením minimálně jména operátora a programové funkce tlačítek kamerové hlavy“.

Akceptuje zadavatel nabídku kamerové jednotky, splňující všechny požadavky zadavatele, která umožňuje nastavení 7 individuálních profilů a je možné ji dále upravovat v jednotlivých parametrech dle požadavků operátora. Tento počet je vzhledem ke spektru využití a automatickým korekcím kamery pro optimální zobrazení více než dostatečný, bezproblémově se užívá na většině pracovišť a odpovídá všem standardům používaným v ČR. Jedná se o řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické požadavky zadavatele.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nabízené řešení akceptuje.





Dotaz č. 2

V Příloze č. 3 Technické specifikace část 1 – 2 je v části Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti pro **Kamerovou hlavu** požadavek „Autoklávovatelná při 134°“

Požadavek na práci ve sterilním operačním poli řešíme potažením kamerové hlavy a jejího kabelu sterilním náplekem (alternativní technické řešení plnicí primární medicínský účel).

Akceptuje zadavatel navržené technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele, užívá se na většině ortopedických pracovišť v ČR, odpovídá všem standardům používaným v ČR a je zcela vyhovující?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel nabízené řešení akceptuje.

Dotaz č. 3

Zadavatel v části 2 „Artrioskopická věž“ v odstavci „Shaver“ požaduje motorovou ručku s min. třemi tlačítky pro ovládání spuštění, změnu směru a oscilace.

Bude Zadavatel akceptovat motorovou ručku se dvěma tlačítky, pomocí kterých lze ovládat požadované funkce spuštění, změnu směru a oscilací?

Odůvodnění: požadavek nemění uživatelský komfort ani medicínský účel požadovaný Zadavatelem.

Odpověď na dotaz č. 3

Trváme na znění technické specifikace.

Dotaz č. 4

Zadavatel v části 2 „Artrioskopická věž“ v odstavci „Artrioskopická pumpa s odsáváním“ požaduje rychlost odsávání min. 1500 l/min.

Bude Zadavatel akceptovat přístroj s odsáváním 1200 ml/min?

Odůvodnění: 1200 ml/min. je více než dostatečný výkon vzhledem k objemům tekutiny v operačním poli a průměrům pracovních kanálů, které se využívají pro odsávání.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 5

Zadavatel v části 2 „Artrioskopická věž“ v odstavci „Artrioskopická pumpa s odsáváním“ požaduje zobrazení tlaku na monitoru.

Bude Zadavatel akceptovat, pokud bude hodnota tlaku zobrazena na displeji přístroje, který je umístěn v zorném poli operátora?

Odůvodnění: domníváme se, že specifikované parametry odpovídají jednomu možnému dodavateli. Námí navrhané řešení splňuje medicínský účel požadovaný Zadavatelem a umožňuje rozšířit potenciální okruh uchazečů.

Odpověď na dotaz č. 5

Trváme na znění technické specifikace.

Dotaz č. 6

Zadavatel v části 2 „Artrioskopická věž“ v odstavci „Vaporizační jednotka“ požaduje monopolární režim.

Bude Zadavatel akceptovat jednotku pouze s bipolárním režimem?

Odůvodnění: bipolární vaporizace je dnes standardem pro ortopedii a monopolární aplikátory nejsou využívány na většině pracovišť.

Odpověď na dotaz č. 6

Trváme na zadání vzhledem k současnému spektru výkonů na pracovišti.

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 18 -03- 2019

06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel