

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz:

V zadávací dokumentaci strana 8 je uvedeno u flowmetru intraoperačního u názvu CPV Dopplerovo zařízení, v technické specifikaci na straně 27 je uvedeno měření v ml či L/ minutu- princip ultrazvukového měření v čase – přímé měření objemu průtoku. Dotaz: můžeme nabídnout přístroj na Transit Time principu – měření průtoku ultrazvukem v ml za minutu?

Odpověď:

Zadavatel požadoval měření průtoku. Jednotkou průtoku jsou ml/min nebo l/min, tedy zadavatel akceptuje nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: 07-07-2014



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti

