

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1463/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

ČÁST 3: Stůl operační - mobilní, elektrický pohon, pevná deska

Dotaz 1:

Zadavatel v technické specifikaci operačního stolu požaduje pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a pro nemocnici Most následující:

a) Šířka stolu max.590mm

Může uchazeč nabídnout operační stůl s šířkou 600mm?

Uchazeč se domnívá, že při požadovaném zatížení operačního stolu 300kg bude deska širší (o 1cm...) vhodnější.

Odpověď:

Zadavatel připouští maximální šířku stolu 600 mm.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **19-03-2019**

 02 
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel