



Název veřejné zakázky: **Laparoskopické věže**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1492/2019**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### Dotaz č. 1

Zadavatel v části 2 „Artroskopická věž“ v odstavci „Artroskopická pumpa s odsáváním“ požaduje zobrazení tlaku na monitoru.

**Bude Zadavatel akceptovat, pokud bude hodnota tlaku zobrazena na displeji přístroje, který je umístěn v zorném poli operátora?**

Odůvodnění: domníváme se, že specifikované parametry odpovídají jednomu možnému dodavateli. Námí navrhované řešení splňuje medicínský účel požadovaný Zadavatelem a umožňuje rozšířit potenciální okruh uchazečů.

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: **22 -03- 2019**

.....  
Ing. Václav Štyvar  
vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek