



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Zdravotnické přístroje a technika**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1477/2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

ČÁST 1: Elektrochir. jednotka pro koagulování i řez s monopol. a bipol. režimem vč. přísl.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci VZ uvádí: Barevný displej s úhlopříčkou minimálně 9" pro přehledné zobrazení ovládacího menu ke všem vstupům

Akceptuje zadavatel koagulační jednotku s barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou menší než 9", který i přesto splňuje požadavek přehledného zobrazení ovládacího menu ke všem vstupům?

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci VZ uvádí: Nastavení alespoň 10 efektů v řezacím módu u monopolárního i bipolárního režimu.

Akceptuje zadavatel řešení i s menším počtem efektů (např. 3) koagulace a řezu se stejným klinickým efektem na tkáň? Z našeho pohledu technické řešení s vysokým počtem efektů není rozhodující v konečném působení (efekt) na koagulovanou tkáň. Jedná se jen o jedno z řešení konkrétního výrobce, které je z našeho pohledu uživatelsky komplikované. Stejně působení (efekt) na tkáň se dá zajistit i menším počtem efektů.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci VZ uvádí: Monopolární řez do 400W.

Akceptuje zadavatel koagulační jednotku s maximálním výkonem pro monopolární řez 300W vzhledem k faktu, že většina výrobců moderních generátorů z důvodu bezpečnosti a šetrnosti ke tkáním pacienta

omezuje výstupní výkon a vkládá do svých řešení funkci adaptivní technologie, která automaticky přizpůsobuje výstupní výkon stavu koagulované tkáně? Mimochodem adaptivní technologie je i jeden z požadavků v technické specifikaci na tento generátor.





Dotaz č. 4:

Zadavatel v technické specifikaci VZ uvádí: Bipolární řez do 350W.

Akceptuje zadavatel koagulační jednotku s maximálním výkonem pro bipolární řez 320W vzhledem k faktu, že většina výrobců moderních generátorů z důvodu bezpečnosti a šetrnosti ke tkáním pacienta omezuje výstupní výkon a vkládá do svých řešení funkci adaptivní technologie, která automaticky přizpůsobuje výstupní výkon stavu koagulované tkáně? Mimochodem adaptivní technologie je i jeden z požadavků v technické specifikaci na tento generátor.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v technické specifikaci VZ uvádí: Bipolární koagulace do 300W.

Akceptuje zadavatel koagulační jednotku s maximálním výkonem pro bipolární koagulaci 200W vzhledem k faktu, že většina výrobců moderních generátorů z důvodu bezpečnosti a šetrnosti ke tkáním pacienta omezuje výstupní výkon a vkládá do svých řešení funkci adaptivní technologie, která automaticky přizpůsobuje výstupní výkon stavu koagulované tkáně? Mimochodem adaptivní technologie je i jeden z požadavků v technické specifikaci na tento generátor.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v technické specifikaci VZ uvádí: Vozík pro převoz elektrochirurgického generátoru - 4 kolečka, dvě s aretací, jedna police, drátěný košík, madlo.

Akceptuje zadavatel koagulační jednotku s vozíkem, který místo drátěného košíku obsahuje dostatečně prostornou zásuvku?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel připouští menší displej s úhlopříčkou minimálně 8 palců.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano zadavatel akceptuje 3 efekty.

Odpověď na dotaz č. 3, 4, 5, 6:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro ČÁST 1. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

28 -03- 2019



.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek