



Název veřejné zakázky: **Laparoskopické věže**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1492/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1

Zadavatel v části 2 "Artroskopická věž" v odstavci "Kamerová jednotka a záznamové zařízení" požaduje ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě 1TB.

Bude Zadavatel akceptovat interní paměť o velikosti 256 GB?

Odůvodnění: Kapacita disku 256GB nijak významně neomezuje použití záznamového zařízení oproti požadovanému 1TB. Kapacita 256GB vystačí na stovky záznamů operačních výkonů. Domníváme se, že zaznamenaná data se v běžném provozu průběžně kopírují na flash disk nebo externí disk, pro jejich další použití a zpracování a není třeba data uchovávat dlouhodobě přímo v zařízení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat kapacitu interní paměti 256GB, ale analogicky dle celého znění parametru musí uchazeč dodat externí disk požadované kapacity 1TB jako by nebylo možné ukládat na interní paměť.

Dotaz č. 2

Zadavatel v části 2 "Artroskopická věž" v odstavci "Artroskopická pumpa s odsáváním" požaduje nejvyšší rychlost odsávání alespoň 1,5 l/min

Bude Zadavatel akceptovat nejvyšší hodnotu odsávání 800 ml/min?

Odůvodnění: Uvedená hodnota odpovídá řízenému odsávání pro optimalizaci tlaku v operačním poli v závislosti na použitých hadicových setů a kalibraci přístroje na jejich průměry a průtoky.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje nejvyšší rychlost odsávání od 800ml/min, pokud bude odsávání systémově řízeno ve spojení s provozem shaveru a oplachové pumpy dle dalších požadavků specifikace.



Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

03 -04- 2019

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel