



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Inkubátory a výhřevná lůžka**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1550/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz 1 pro část 2, 3, 4:

Žádost o vysvětlení k zadávací dokumentaci- technická specifikace, 2.část Resuscitační inkubátory, 3.část Intenzivní inkubátory I., 4.část Intenzivní inkubátory II..

Vysvětlení pojmu : * **včetně integrované váhy s metrologickým ověřením - cejchu schopná váha**

Odpověď:

Integrovaná váha metrologicky ověřitelná u ČMI, abychom ji mohli zařadit jako stanovené měřidlo. Váha musí jít metrologicky ověřit v pravidelných intervalech daných zákonem č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz 2 pro část 6:

Žádost o vysvětlení k zadávací dokumentaci- technická specifikace, 6.část Standardní inkubátor inkubátory

Vysvětlení pojmu : * **Napájení z elektrické rozvodné sítě i rozvodu v sanitním voze i z baterie**

Zde se jedná o transportní nebo standardní inkubátor?

Odpověď:

Administrativní chybou zůstal ve specifikaci tento neplatný požadavek, na kterém nadále netrváme.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 6: Standardní inkubátor**. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **05-04-2019**

 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Radka Chladová