

**Název  
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A  
401 13, Ústí nad Labem  
**IČO:** 25488627  
**Č. j.:** 1458/2019

## Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

**„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - Operační lampa s LED technologií a kamerou“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000011**“  
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-004207**“

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické techniky spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně:

- jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti,
- provedení všech přijímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,
- ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace,
- instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži,
- předání všech příslušných dokladů,
- záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy v odst. V.,
- likvidace obalového materiálu,
- předmětem veřejné zakázky je též zajištění stavební připravenosti za podmínek uvedených v technické specifikaci.

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Irrelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Fénix Brno, spol. s r.o.	Vackova 1803/79 61200 Brno	44961863	611 214,40 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
Fénix Brno, spol. s r.o.	Vackova 1803/79 61200 Brno	44961863

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Zadavatel požadoval v technické specifikaci:

Hlavní světlo:

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně 27 cm

Stavební připravenost:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

Účastník v nabídce uvádí největší Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m 22 cm, čímž nesplňuje požadavek na průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně 27 cm.

Dále účastník v nabídce neuvedl výše uvedené podmínky ke stavební připravenosti.

Výše uvedeným byly naplněny předpoklady pro vyloučení účastníka dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Odůvodnění použití jednacímho řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:  
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:  
Nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Jednalo se o 1 ks.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Takovýto požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Po posouzení nabídek nezbyl v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku žádný účastník.

V souvislosti s tím zadavatel ruší zadávací řízení dle § 127 odst. 1 ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne 11.04.2019

**Ing. Václav Štyvar, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.**

