



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Instrumentária**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1529/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ČÁST 1: Instrumentarium pro císařský řez vč. kontejnerů I.

Dotaz 1:

vznášíme následující dotaz k položce "Lepicí držák na destičky 115 x 75", požadované v části 1 Instrumentarium pro císařský řez I.

Otázka:

Jaké destičky má zadavatel na mysli? Kam na kontejner hodlá nerezový držák přilepit? V jaké fázi je nerezový držák přilepen vzhledem k tomu, že při sterilizaci není povoleno nic na kontejnery lepit?

Odpověď:

Nejedná se o držák, který by se samotný nalepoval. Je tím myšlena boční přihrádková konstrukce ke vložení hliníkových destiček s identifikací kontejneru. Jedna přihrádka má být na destičku s vygravírovaným označením oddělení viz požadavek specifikace. Druhá přihrádka má být na destičky, na které se po sterilizaci budou vylepovat štítky o provedené sterilizaci.

V Ústí nad Labem dne:

11 -04- 2019

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek