

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1

Součástí zadávací dokumentace Zadávacího řízení je jako Příloha č. 4 obligatorní návrh kupní smlouvy pro Část 1 (dále jen „Kupní smlouva“, přičemž tento výraz zahrnuje tam, kde to nevylučuje povaha věci, také návrh Kupní smlouvy). Předmětem Kupní smlouvy je dodávka vítězným uchazečem Zadateli v rámci Části 1 popínaného zdravotnického prostředku, tzn. angiografické linky s flat detektorem (dále jen „Přístroj“). Do Kupní smlouvy nemají uchazeči právo věcně zasahovat.

Kupní smlouva ve svém čl. I odst. 5 stanoví následující: „*Předmětem smlouvy je dále předání zboží ve znění dle článku III. odst. 2 této kupní smlouvy, likvidace obalového materiálu, zajištění stavební připravenosti (pokud je kupujícím vyžadována), zajištění ekologické likvidace stávajícího vybavení (pokud je kupujícím vyžadována) včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy a poskytnutí záručního servisu.*“

V žádné části dokumentace pro Část 1 Zadatel nepožaduje zajištění stavební připravenosti ze strany uchazečů, a tudíž ani nikde nespecifikuje její rozsah. Z tohoto důvodu dovozujeme, že Zadatel pro Část 1 zajištění stavební připravenosti po uchazečích nepožaduje. Prosíme však pro vyloučení pochybností o potvrzení správnosti tohoto předpokladu.

Dotaz:

Prosíme Zadavatele o potvrzení, že pro Část 1 nepožaduje zajištění stavební připravenosti ze strany uchazečů.

Odpověď č. 1

Zadatel nepožaduje zajištění stavební připravenosti na strany uchazeče, ale požaduje dodání dokumentace, která popíše požadavky uchazeče na stavební připravenost v souvislosti s instalací přístroje.

Dotaz č. 2

Prosíme Zadavatele o vyjasnění obsahu závazku vítězného uchazeče ze záručního servisu dle čl. V odst. 3 a 4 Kupní smlouvy. Zejména pak prosíme o:

- potvrzení správnosti našeho předpokladu, že servisní služby, které bude podle předmětných ustanovení vítězný uchazeč povinen bezplatně Zadavateli v rámci záručního servisu poskytovat, budou zahrnovat pouze odstraňování vad Přístroje (plnění dle Kupní smlouvy), a to navíc pouze ty, za které vítězný uchazeč Zadavateli odpovídá, a rovněž že pouze v rámci takto odstraňovaných vad bude vítězný uchazeč povinen bezplatně dodat Zadavateli náhradní díly k Přístroji.
- vyjasnění obsahu závazku vítězného uchazeče provádět „a v případě poruchy zboží, standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce“, včetně položkové specifikace takových vylepšení.

Ad komentář k první odrážce

3) -Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce. – obecné ustanovení týkající se vad, tak jak plyne ze zákona (obvyklý účel, obvyklé vlastnosti) - zkrátka musí fungovat

4) Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží. – zde zužujeme odpovědnost za vady.

Odpověď č. 2

Zadavatel potvrzuje, že podmínky kupní smlouvy řeší předmět plnění a tedy i záruční servisní podmínky předpokládají plnění za vady, za které vítězný uchazeč odpovídá. Dále zadavatel upozorňuje na administrativní chybu, kterou vznikl nesoulad dotazovaného požadavku v čl. 5.3 kupní smlouvy, správné znění požadavky zadavatele je:

„Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.“

Dotaz č.3

Prosíme Zadavatele o potvrzení, že připouští záruku na spotřební materiál dle Kupní smlouvy v délce (min.) 6 měsíců.

V kladném případě prosíme Zadavatele rovněž o informaci, zda připouští nahrazení stávajícího znění čl. V odst. 5 Kupní smlouvy následujícím zněním: „Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží. Na spotřební materiál, který je nutný k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží, se vztahuje záruka v délce (vyplní uchazeč, minimálně 6 měsíců) od jeho dodání prodávajícím kupujícím.“.

Pokud nikoliv, jakou úpravu Kupní smlouvy připouští, aby toto bylo v Kupní smlouvě reflektováno.

Odpověď č.3

Zadavatel připouští záruku na spotřební materiál v délce 6 měsíců, zadavatel požaduje uvést v nabídce kompletní seznam spotřebního materiálu. Záruka na spotřební materiál je minimálně 6 měsíců.

Dotaz č. 4

Dotaz:

Připouští Zadavatel vypuštění čl. V odst. 8 Kupní smlouvy bez náhrady z Kupní smlouvy?

Pro případ, že takovou úpravu Kupní smlouvy Zadavatel nepřipouští, dovoluujeme si Zadavatele požádat o sdělení, jakým způsobem se hodlá vypořádat s faktem, že u Přístroje, tzn. angiografické linky s flat detektorem jako zdravotnického přístroje pevně zabudovaného, je v praxi požadavek dle čl. V odst. 8 Kupní smlouvy nerealizovatelný, neb technické aspekty Přístroje takovou náhradní dodávku v Zadavatelem požadovaném časovém horizontu vůbec neumožňují.

Odpověď č. 4

Zadavatel připouští vypuštění čl. V odst. 8 kupní smlouvy bez náhrady. Změna v kupní smlouvě bude opravena.

Dotaz č. 5

Dotaz:

Prosíme Zadavatele o potvrzení správnosti našeho předpokladu, že vítězným uchazečem v rámci odpovědnosti za vady či záručního servisu vyměněné či nahrazené díly a části Přístroje přecházejí okamžikem výměny či nahrazení automaticky bezplatně do vlastnictví vítězného uchazeče.

Odpověď č. 5

Zadavatel akceptuje požadavek uchazeče na vrácení náhradních dílů a částí přístroje v rámci odpovědnosti za vady či záručního servisu

V souvislosti se změnami, zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro

- část 1: Angiografická linka s flat detektorem

- do 9. 10. 2014 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 10. 2014 v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: 23 -07- 2014

13


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel společnosti



Příloha:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám části I otevřeného zadávacího řízení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a. s.“, uveřejněného v IS VZ dne 1.7.2014 pod evidenčním číslem zakázky 487872.