

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Česká republika

k rukám Ing. Petra Fialy, ředitele, a Bc. Žanety Veselé

01	Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627, DIČ: CZ 25488627
KZ	
došlo dne:	17. 07. 2014
č.j.:	KZ 3525/14
přílohy:	

V Praze dne 14. 7. 2014

Věc: Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám části 1 otevřeného zadávacího řízení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a.s.“, uveřejněného v IS VZ dne 1.7.2014 pod evidenčním číslem zakázky 487872

Vážení,

obracíme se na vás v zastoupení obchodní společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Šafránkova 1, 155 00 Praha 5, IČ: 639 85 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38206 (dále jen „Philips“ nebo „my“ nebo „naše společnost“), s následujícím.

Shora nadepsaný zadavatel (dále jen „Zadavatel“) vyhlásil otevřené zadávací řízení s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center v Krajské zdravotní, a.s.“, jež bylo uveřejněno v IS VZ dne 1.7.2014 pod evidenčním číslem zakázky 487872 (dále jen „Zadávací řízení“). Zadávací řízení je ve smyslu § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), rozděleno na části. Částí 1 Zadávacího řízení je část označená jako „Angiografická linka s flat detektorem“ (dále jen „Část 1“).

Jelikož nám nejsou zřejmé některé ze zadávacích podmínek pro Část 1, v souladu s ustanovením § 49 ZVZ tímto podáváme žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám pro Část 1.

I. DOTAZ Č. 1

Předmět dotazu:

Součástí zadávací dokumentace Zadávacího řízení je jako Příloha č. 4 obligatorní návrh kupní smlouvy pro Část 1 (dále jen „Kupní smlouva“, přičemž tento výraz zahrnuje tam, kde to nevylučuje povaha věci, také návrh Kupní smlouvy). Předmětem Kupní smlouvy je dodávka vítězným uchazečem Zadavateli v rámci Části 1 poptávaného zdravotnického prostředku, tzn. angiografické linky s flat detektorem (dále jen „Přístroj“). Do Kupní smlouvy nemají uchazeči právo věcně zasahovat.

Kupní smlouva ve svém čl. I odst. 5 stanoví následující: „*Předmětem smlouvy je dále předání zboží ve znění dle článku III. odst. 2 této kupní smlouvy, likvidace obalového materiálu, zajištění stavební připravenosti (pokud je kupujícím vyžadována), zajištění ekologické likvidace stávajícího vybavení (pokud je kupujícím vyžadována) včetně vystavení potřebných dokladů dle platné legislativy a poskytnutí záručního servisu.*“.

V žádné části dokumentace pro Část 1 Zadavatel nepožaduje zajištění stavební připravenosti ze strany uchazečů, a tudíž ani nikde nespecifikuje její rozsah. Z tohoto důvodu dovozujeme, že Zadavatel pro Část 1 zajištění stavební připravenosti po uchazečích nepožaduje. Prosíme však pro vyloučení pochybností o potvrzení správnosti tohoto předpokladu.

Dotaz:

Prosíme Zadavatele o potvrzení, že pro Část 1 nepožaduje zajištění stavební připravenosti ze strany uchazečů.

II. DOTAZ Č. 2

Předmět dotazu:

Čl. V odst. 3 Kupní smlouvy stanoví následující: „*Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.*“.

Čl. V odst. 4 Kupní smlouvy stanoví následující: „*Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.*“.

Prosíme Zadavatele o vyjasnění obsahu závazku z bezplatného záručního servisu. Zejména pak prosíme o:

- potvrzení správnosti našeho předpokladu, že servisní služby, které bude podle předmětných ustanovení vítězný uchazeč povinen bezplatně Zadavateli v rámci záručního servisu poskytovat, budou zahrnovat pouze odstraňování vad Přístroje (plnění dle Kupní smlouvy), a to navíc pouze ty, za které vítězný uchazeč Zadavateli odpovídá, a rovněž že pouze v rámci takto odstraňovaných vad bude vítězný uchazeč povinen bezplatně dodat Zadavateli náhradní díly k Přístroji.

- vyjasnění obsahu závazku vítězného uchazeče provádět „a v případě poruchy zboží, standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce“, včetně položkové specifikace takových vylepšení.

Vzhledem k tomu, že bezplatný záruční servis je již zahrnut v kupní ceně dle Kupní smlouvy, totiž nelze na vítězném uchazeči spravedlivě požadovat, aby prováděl i odstraňování vad, poruch a závad Přístroje, za které neodpovídá, resp. aby preventivně vyměňoval díly Přístroje při jejich běžném opotřebení atp.

V této souvislosti dodáváme, že Zadavatel již na shodné, resp. obdobné otázky odpovídal naší společnosti v rámci žádosti o dodatečné informace, podané v rámci otevřeného zadávacího řízení s názvem „Multidetektorový CT přístroj“, jež bylo uveřejněno na IS VZ dne 23.4.2014 pod evidenčním číslem zakázky 375107. Stalo se tak konkrétně přípisem Zadavatele ze dne 25.6.2014, nadepsaným jako „Poskytnutí dodatečných informací č. 5 až 13“ (dále jen „Dodatečné informace č. 5 – 13“), a to v odpovědi na dotaz č. 10. Jakkoliv tedy předpokládáme, že obsah odpovědi Zadavatele bude shodný, pro vyloučení pochybností vznášíme tento dotaz.

Dotaz:

Prosíme Zadavatele o vyjasnění obsahu závazku vítězného uchazeče ze záručního servisu dle čl. V odst. 3 a 4 Kupní smlouvy. Zejména pak prosíme o:

- potvrzení správnosti našeho předpokladu, že servisní služby, které bude podle předmětných ustanovení vítězný uchazeč povinen bezplatně Zadavateli v rámci záručního servisu poskytovat, budou zahrnovat pouze odstraňování vad Přístroje (plnění dle Kupní smlouvy), a to navíc pouze ty, za které vítězný uchazeč Zadavateli odpovídá, a rovněž že pouze v rámci takto odstraňovaných vad bude vítězný uchazeč povinen bezplatně dodat Zadavateli náhradní díly k Přístroji.
- vyjasnění obsahu závazku vítězného uchazeče provádět „a v případě poruchy zboží, standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce“, včetně položkové specifikace takových vylepšení.

III. DOTAZ Č. 3

Předmět dotazu:

Čl. V odst. 5 Kupní smlouvy stanoví následující: „Záruka se vztahuje i na příslušenství a spotřební materiál, které jsou nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží a na spotřební materiál.“.

V kontextu čl. 5 odst. 2 Kupní smlouvy je tak nezbytné formálně uzavřít, že Zadavatel požaduje po uchazečích záruku i na spotřební materiál v délce (minimálně) 36 měsíců od jeho dodávky Zadavateli.

V kontextu Dodatečných informací č. 5 – 13, kdy Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 11 odpovídal na obdobný dotaz naší společnosti, však dovozujeme, že Zadavatel připouští záruku na spotřební materiál v délce (min.) 6 měsíců. Jakkoliv tedy předpokládáme, že obsah odpovědi Zadavatele bude i v tomto případě shodný, pro vyloučení pochybností vznášíme tento dotaz.

V kladném případě prosíme Zadavatele rovněž o informaci, jakou úpravu Kupní smlouvy připouští, aby toto bylo v Kupní smlouvě reflektováno. Dle našeho přesvědčení je řešením nahrazení stávajícího znění čl. V odst. 5 Kupní smlouvy následujícím zněním: *„Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží. Na spotřební materiál, který je nutný k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží, se vztahuje záruka v délce (vyplní uchazeč, minimálně 6 měsíců) od jeho dodání prodávajícím kupujícím.“*

Dotaz:

Prosíme Zadavatele o potvrzení, že připouští záruku na spotřební materiál dle Kupní smlouvy v délce (min.) 6 měsíců.

V kladném případě prosíme Zadavatele rovněž o informaci, zda připouští nahrazení stávajícího znění čl. V odst. 5 Kupní smlouvy následujícím zněním: *„Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží. Na spotřební materiál, který je nutný k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží, se vztahuje záruka v délce (vyplní uchazeč, minimálně 6 měsíců) od jeho dodání prodávajícím kupujícím.“*

Pokud nikoliv, jakou úpravu Kupní smlouvy připouští, aby toto bylo v Kupní smlouvě reflektováno.

IV. DOTAZ Č. 4

Předmět dotazu:

Dle čl. V odst. 8 Kupní smlouvy platí následující: *„Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do 3 kalendářních dnů od nahlášení vady kupujícím, poskytne prodávající kupujícím nejpozději do 24 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace, náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.“*

U Přístroje, tzn. angiografické linky s flat detektorem jako zdravotnického přístroje pevně zabudovaného, je v praxi toto nerealizovatelné, neb technické aspekty Přístroje takovou náhradní dodávku v Zadavatelem požadovaném časovém horizontu vůbec neumožňují. Zde je situace zcela rozdílná od situace např. u transportního lůžka poptávaného v rámci části 16 Zadávacího řízení či defibrilátoru s monitorem a externí stimulací poptávaného v rámci části 18 Zadávacího řízení, kde je naopak tento požadavek Zadavatele zcela opodstatněný.

Vzhledem ke shora uvedenému je tedy technicky objektivně nemožné, aby v Zadavatelem požadované lhůtě byla provedena dodávka náhradního Přístroje ve smyslu čl. V odst. 8 Kupní smlouvy. Za této situace je dle přesvědčení naší společnosti legitimním požadavkem, aby byl čl. V odst. 8 z Kupní smlouvy vypuštěn bez náhrady.

Dotaz:

Připouští Zadavatel vypuštění čl. V odst. 8 Kupní smlouvy bez náhrady z Kupní smlouvy?

Pro případ, že takovou úpravu Kupní smlouvy Zadavatel nepřipouští, dovolujeme si Zadavatele požádat o sdělení, jakým způsobem se hodlá vypořádat s faktem, že u Přístroje, tzn. angiografické linky s flat detektorem jako zdravotnického přístroje pevně zabudovaného, je v praxi požadavek dle čl. V odst. 8 Kupní smlouvy nerealizovatelný, neb technické aspekty Přístroje takovou náhradní dodávku v Zadavatelem požadovaném časovém horizontu vůbec neumožňují.

V. DOTAZ Č. 5

Předmět dotazu:

Kupní smlouva neobsahuje ustanovení, že vítězným uchazečem v rámci odpovědnosti za vady či záručního servisu vyměněné či nahrazené díly a části Přístroje přecházejí okamžikem výměny či nahrazení automaticky bezplatně do vlastnictví vítězného uchazeče.

Jelikož je standardem, že se tak činí, prosíme o potvrzení správnosti našeho předpokladu, že Zadávací řízení nebude výjimkou, a to i v kontextu Dodatečných informací č. 5 – 13, kdy Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 13 odpověděl na shodný dotaz naší společnosti kladně.

Dotaz:


Prosíme Zadavatele o potvrzení správnosti našeho předpokladu, že vítězným uchazečem v rámci odpovědnosti za vady či záručního servisu vyměněné či nahrazené díly a části Přístroje přecházejí okamžikem výměny či nahrazení automaticky bezplatně do vlastnictví vítězného uchazeče.

Předem děkujeme za zaslání odpovědí a dodatečných informací, jež povedou k vyjasnění shora uvedených nejasností a nesrovnalostí.

S pozdravem,



Jiří Tourek, jednatel,
za Philips Česká republika s.r.o.



Pavel Šot, jednatel,
za Philips Česká republika s.r.o.

Philips Česká republika s.r.o.
Šafránková 1238/1
155 00 Praha 5

DOPORUČENĚ S DODEJKOU