



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice
Most, o.z. – Plicní ventilátory**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1520/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz pro ČÁST 4 a 5:

Dotaz 1:

Dotaz číslo 1.

Zadavatel požaduje v Technické specifikaci požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti v části 4::Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům a část 5: Ventilátory s nCPAP

• Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako například výrobky nFlow, Infant Flow nebo Inspire, které se v současné době na oddělení používají.


Uchazeč žádá z důvodu rozšíření počtu nabízených produktů na více než jednoho výrobce o vyřazení požadavku na plnou kompatibilitu aplikačního spotřebního materiálu s již provozovanými ventilátory.

Umožní zadavatel účast více firmám zrušením tohoto bodu specifikace?

Odpověď:

Zadavatel trvá na znění technické specifikace. Zřejmě se jedná o uchazečem špatné pochopení požadovaného parametru. Zadavatel se nikde nezmiňuje o plné kompatibilitě aplikačního spotřebního materiálu s již provozovanými ventilátory. Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu nabízených ventilátorů uchazečem se spotřebním materiálem pro nCPAP, který se v současné době na oddělení používá a jehož příklady jsou uvedeny v bodu technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: 13-04-2019



.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek