



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Monitory a monitorovací stanice**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1538/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

ČÁST 5: Monitory životních funkcí k resuscitačním vyhřívaným lůžkům

Dotaz 1:

(Monitory vitální funkcí pro Neonatologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Krajské zdravotní, a.s..)

Uchazeč se ptá, zda zadavatel požaduje u monitorů životních funkcí stejné pokročilé funkce jako u obdobné VZ- 6. část: Monitory životních funkcí k resuscitačním vyhřívaným lůžkům (Monitory vitální funkcí pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..)

- Připojení externích zařízení např. ventilátor, inkubátor (včetně zobrazení a ukládání přenesených dat na centrálním monitoru) včetně dodání potřebného HW a SW
- Komunikace s centrálním monitorem pomocí LAN

Připojení externích zařízení a komunikace s centrálním monitorem pomocí LAN významně pomůže ošetřujícímu personálu kontrolovat hluk a počet alarmových hlášení a uchovat požadované údaje z externích přístrojů spolu s parametry životních funkcí pacienta

Odpověď:

Zadavatel tyto pokročilé funkce u části č. 5 nepožaduje.

V Ústí nad Labem dne:

16 -04- 2019

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek