



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o.z. - Pořízení zdravotnických přístrojů“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1611/2019**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### Dotaz č. 1 k části 2:

Zadavatel požaduje nástup servisního technika do 48 hodin od nahlášení závady a lhůta pro odstranění vad do 3 kalendářních dnů.

Připouští zadavatel servisní podmínky, které jsou standardně prováděny pro tento typ přístroje?

### Dodavatel navrhuje při záručním servisním zásahu:

- Nástup servisního technika do 3 pracovních dnů od písemného nahlášení závady
- Odstranění závady do 7 pracovních dnů (standardně ze zákona 30 dní)

Důvodem je nutná konzultace s výrobcem v případě softwarových analýz a zjištění historie použití přístroje v rámci měření a používání přístroje.


### Dodavatel navrhuje při pozáručním servisním zásahu:

- Nástup servisního technika do 5 pracovních dnů od písemného nahlášení závady
- Odstranění závady do 14 pracovních dnů (standardně ze zákona 30 dní)

### Odpověď č. 1 k části 2:

Vzhledem k tomu, že dotazované servisní podmínky nejsou tazatelem zohledněny v plném rozsahu, kdy jsou smlouvou usnadněny klauzulí o možnosti výpůjčky při nemožnosti dodržení časových limitů, zadavatel tento návrh nepřipustí.

V Ústí nad Labem dne: **16 -04- 2019**



.....  
Ing. Václav Štyvar  
vedoucí oddělení  
Samostatné oddělení veřejných zakázek