



Název veřejné zakázky: „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a vyhřevná lůžka“

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1550/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz pro ČÁST 12:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD k části 12.

Zadavatel v technické specifikaci požaduje "Dva úložné prostory s fixačními pásy pro tlakové lahve – 2 kusy 3L kyslíkové lahve a 2 kusy 3L vzduchové lahve". Požadované technické řešení je vzhledem k hmotnosti a rozměrům lahví nerealizovatelné pro požadovaný podvozek Medirol Neotic Extero N605-P113 nebo jeho kompatibilní obdoby. Může uchazeč nabídnout alternativní řešení ve formě dvou úložných prostorů s fixačními pásy pro 2 kusy 3-5L tlakových lahví, kdy výsledné množství transportovaného plynu bude obdobné a nedojde tak ke změně parametrů v oblasti dodávky plynů?

Odpověď:

Zadavatel obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, konkrétně k části 12. Rozsah žádosti vyžaduje podrobné zpracování odpovědi na žádost. V souvislosti s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 12: Transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí**. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **18 -04- 2019**

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení veřejných zakázek