



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a vyhřevná lůžka“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1550/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz pro ČÁST 1

Vážení, touto cestou bychom chtěli požádat o vysvětlení minimálních a uživatelských parametrů a vlastností.

Zadavatel mimo jiné požaduje:

Monitorované parametry:

o Modul pro měření krevních plynů transkutánně možné zajistit externím přístrojem, který bude k inkubátoru připevněn – přístroj nebo modul musí umět propojení a ovládání patientským monitorem, kontinuální měření tcpO₂ a tcpCO₂, integrovaná automatická kalibrace, in vivo korekční režim s hodnotami krevních plynů, zobrazení hodnot na centrální stanici, Radiometer SmartHeat technologie, Radiometer transkutánní čidlo, včetně senzoru, kalibračního plynu a dalšího příslušenství k zahájení provozu

Dotaz:

Zadavatel požaduje modul pro měření krevních plynů transkutánně a nespecifikoval počet. Ze znalosti klinické praxe četnosti měření a uvedené předpokládané ceny za zakázku se uchazeč domnívá, že zadavatel požaduje dodání jednoho modulu. Je tento předpoklad správný?

Odpověď:

Předpoklad uchazeče není správný. Zadavatel bude požadovat dodání 3ks modulů pro měření krevních plynů transkutánně.

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 1: Resuscitační inkubátory s monitorací a plicními ventilátory**. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

18 -04- 2019


.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení

Samostatné oddělení veřejných zakázek