



Název veřejné zakázky: „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory“

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1520/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotazy pro ČÁST 6:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD k části 6.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci "2ks patientský okruh pro dětské, pro opakované použití". Použití opakovatelně použitelných okruhů pro vysokofrekvenční ventilátor pro novorozence a kojence je dnes již nestandardní požadavek a někteří výrobci toto řešení ani nenabízí. Bude zadavatel akceptovat alternativní řešení, které umožní účast více uchazečů, kdy uchazeč nabídne 20ks jednorázových okruhů včetně komory pro vysokofrekvenční ventilaci?

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci mimo jiné ventilační režim APRV, což je režim umožňující ventilaci na 2 tlakových hladinách s inverzním poměrem. Může uchazeč nabídnout režim umožňující ventilaci na 2 tlakových úrovních s možností inverzního poměru s jiným názvem režimu?

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci mimo jiné ventilační režim NIV bez dalšího upřesnění. V ostatních částech výběrového řízení u dalších ventilátorů specifikuje zadavatel i druh připojení nasálních nCPAP aplikátorů. Domnívá se uchazeč správně, že i zde v NIV režimu zadavatel požaduje kompatibilní neinvazivní podporu nCPAP s ostatními ventilátory, případně může zadavatel specifikovat, jaký druh patientského aplikátoru požaduje pro neinvazivní podporu?

Odpověď:

Zadavatel obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, konkrétně k části 6. Rozsah žádosti vyžaduje podrobné zpracování odpovědi na žádost. V souvislosti s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 6: Vysokofrekvenční plicní ventilátor**. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.



V Ústí nad Labem dne: 18 -04- 2019

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení veřejných zakázek