



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1520/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz pro ČÁST 7:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD k části 7.

Zadavatel požaduje v technické specifikaci "Součástí dodávky musí být záložní zdroje napájení celého systému pro sofistikovanou vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii nasální kanylou minimálně u dvou nabízených kusů systémů".

Může uchazeč nabídnout technické řešení, kdy u všech 4 ks bude k dispozici záložní zdroj pro napájení, který zachová plnou funkčnost systémů a je pouze potlačena funkce vyhřívání (díky setrvačnosti vyhřívacího systému je tak při krátkodobém výpadku napájení funkce zvlhčování neomezena)?

Odpověď:

Zadavatel obdržel dne 15. 4. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, konkrétně k části 7. Rozsah žádosti vyžaduje podrobné zpracování odpovědi na žádost. V souvislosti s tím zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 7: Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla (HFNC)**. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **18 -04- 2019**



Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení veřejných zakázek