

Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o.z. - Pořízení zdravotnických přístrojů“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1611/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz pro ČÁST 1:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci, v příloze označené “Technická specifikace” 1. část: Přístroj na prosvícení krevního řečiště

- Přístroj musí jít umístit na kteroukoliv část těla včetně hlavy (musí umožnit prosvícení všech částí těla)
- Neinvazivní a bezkontaktní aplikace, která využívá infračervené světlo k detekci hemoglobinu v reálném čase

Zadavatel požaduje přístroj s využitím infračerveného světla a zároveň požaduje prosvícení všech částí těla.

Uchazeč si dovoluje upozornit, že přístroje s technologií využití infračerveného světla není určeno k zobrazení žilek v očích. Splní uchazeč technickou specifikaci, když nabídne přístroj, který je možno umístit na kteroukoliv část těla včetně hlavy (musí umožnit prosvícení všech částí těla kromě očí)

Odpověď:

Prosvěcování krevního řečiště v očích není požadováno.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci, v příloze označené “Technická specifikace” 1. část: Přístroj na prosvícení krevního řečiště

- Přístroje pro použití v horizontálním i vertikálním směru a náklonu v maximálním rozsahu 360° pro lepší využití u inkubátoru

Uchazeč se ptá, zda může nabídnout přístroj který není nedílnou součástí pojízdného stojanu (lze z držáku vyjmout a držet v ruce a naklánět v horizontálním i vertikálním směru a náklonu v maximálním rozsahu 360° pro lepší využití u inkubátoru) nebo zda požaduje přístroj jako nedílnou součást pojízdného variabilního stojanu a při projekční lokalizaci podkožních cév mít možnost využít obě ruce.



Odpověď:

Přístroj může být odnímatelný od stojanu a zároveň musí jít do stojanu uchytit v požadované poloze, tak aby ošetřující osoba mohla používat obě ruce na jinou činnost.

Vzhledem k výše uvedenému zpřesnění zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 1: Přístroj na prosvícení krevního řečiště**. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 23 -04- 2019

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení veřejných zakázek