



Název veřejné zakázky: „Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka“

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1550/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz pro ČÁST 12:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ZD k části 12.

Zadavatel v technické specifikaci požaduje "Dva úložné prostory s fixačními pásy pro tlakové lahve – 2 kusy 3L kyslíkové lahve a 2 kusy 3L vzduchové lahve". Požadované technické řešení je vzhledem k hmotnosti a rozměrům lahví nerealizovatelné pro požadovaný podvozek Mediol Neotic Extero N605-P113 nebo jeho kompatibilní obdoby. Může uchazeč nabídnout alternativní řešení ve formě dvou úložných prostorů s fixačními pásy pro 2 kusy 3-5L tlakových lahví, kdy výsledné množství transportovaného plynu bude obdobné a nedojde tak ke změně parametrů v oblasti dodávky plynů?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení dvou úložných prostorů s fixačními pásy pro 2 kusy 3-5L tlakových lahví.

Vzhledem k výše uvedenému zpřesnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 12: Transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí**. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **24 -04- 2019**

06
KZ Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel