



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1550/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz pro ČÁST 1:

Dotaz č. 1:

Tímto bychom chtěli požádat o vysvětlení technické specifikace části 1 - Resuscitační inkubátory s monitorací a plicními ventilátory.


Bude zadavatel akceptovat modul pro měření krevních plynů transkutánně zajištěný externím přístrojem, který bude propojen s monitorem vitálních funkcí a umožní tak komunikaci a sběr dat, ovšem nebude ovládán patientským monitorem? Externí přístroj nicméně splňuje dále uvedenou požadovanou technickou specifikaci modulu pro měření krevních plynů transkutánně.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Vzhledem k výše uvedenému zpřesnění zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 1: Resuscitační inkubátory s monitorací a plicními ventilátory**. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: **24-04-2019**

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel