



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Plicní ventilátory“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1520/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotazy pro ČÁST 7:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD k části 7.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci "Součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení celého systému pro sofistikovanou vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii nasální kanylou minimálně u dvou nabízených kusů systémů".

Může uchazeč nabídnout technické řešení, kdy u všech 4 ks bude k dispozici záložní zdroj pro napájení, který zachová plnou funkčnost systémů a je pouze potlačena funkce vyhřívání (díky setrvačnosti vyhřívacího systému je tak při krátkodobém výpadku napájení funkce zvlhčování neomezena)?

Odpověď:

Zadavatel nadále trvá na požadavku záložních zdrojů pro minimálně dva systémy tj. jeden kus záložního zdroje na jeden systém. Zadavatel zároveň připouští řešení, kdy nebude zdrojem zálohována funkce vyhřívání.

Vzhledem k výše uvedenému zpřesnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 7: Vysokoprůtoková zvlhčovací kanyla (HFNC)**. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 29-04-2019



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel