



Název veřejné zakázky: **Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1486/2019**

Oznámení o úpravě zadávací dokumentace

Zadavatel tímto oznamuje, že došlo k úpravě parametrů v technické specifikaci v **části 2 – ultrazvukový přístroj pro infekční oddělení a části 4 – ultrazvukový přístroj pro RDG oddělení.**

část 2 – UZ přístroj pro infekční oddělení


Parametry sond:

- Lineární multifrekvenční triplexní matrixová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 12 MHz pro vyšetření cév a small parts.
- Konvexní abdominální sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1 - 5 MHz, technologie single-crystal nebo obdobná technologie.

část 4 – UZ přístroj pro radiologii

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje v rozsahu minimálně 1 – 22 MHz.
- Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 2D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně.
- Rychlý start systému – „studený“ start do 100 sec.
- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 – 7 MHz s nastavitelnou hloubkou vyšetření minimálně do 40 cm.

V Ústí nad Labem dne: **- 2 -05- 2019**


.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek