

Poskytnutí dodatečných informací č. 7

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1

Dobrý den pane inženýre,
v technických požadavcích požadujete pro lineární dávkovače použití injekčních stříkaček o objemu 5 ml. Tyto stříkačky se v praxi prakticky nepoužívají, jedná se tedy o diskriminační požadavek. Navíc tyto stříkačky lze v případě nutnosti nahradit použitím 10 ml stříkaček. V praxi se používají prakticky pouze stříkačky o velikosti 20 a 50 ml.
Trváte tedy na svém požadavku použít i stříkačky o velikosti 5 ml?

Odpověď

Zadavatel požaduje dle zadávací dokumentace – příloha č. 2 projektové dokumentace – část 6 – infuzní technika - lineární dávkovače pro transportní lůžko použití stříkaček od 5ml do 50/60 ml od různých výrobců s automatickou detekcí velikosti.

V Ústí nad Labem dne: 31-07-2014



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

