



Název veřejné zakázky: **„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a vyhřevná lůžka“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1550/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Dotazy na ČÁST 2, 3 a 4:

Zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace pro část 2 : Resuscitační inkubátory definuje požadované inkubátory slovy:

„Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. „

současně zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace pro část 3 : Intenzivní inkubátory I. definuje požadované inkubátory slovy:

„Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem „

současně zadavatel v příloze č. 2 Technická specifikace pro část 4 : Intenzivní inkubátory II. definuje požadované inkubátory slovy:

„Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem“

V bližším popisu sestav již zadavatel dále neupřesňuje, co míní pojmem „kombinovaný inkubátor s vysokým hygienickým standardem“.

Uchazeč se domnívá, že zadavatel tímto termínem míní zařízení definované v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii uveřejněném ve Věstníku MZ ČR, částka 14 z roku 2015,
v části

„I. Standardy přístrojové vybavenosti - neonatologická intenzivní péče“
pod bodem

„1. Lůžko resuscitační vybavené kompletní“

pod odrážkou

- inkubátor kombinovaný s vyhříváním lůžkem pro intenzivní a resuscitační péči s možností využití pro transport vč. bateriového zdroje pro transport“



tudíž zařízení, které u kriticky nezralých novorozenců umožňuje rychlou a automatickou přeměnu z inkubátoru na vyhřívané lůžko a to motoricky po stlačení tlačítka či sešlápnutí pedálu, přičemž transformace nesmí trvat déle než 10s?

Odpověď:

Dotaz na část 2 a 3 je nerelevantní, jelikož je od 30. 4. 2019 změněna technická specifikace. U části 4 Zadavatel trvá na specifikaci, jelikož požaduje intenzivní inkubátory a nikoliv inkubátory kombinované s vyhřívaným lůžkem. Zadavatel požaduje přístrojové vybavení dle doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii uveřejněném ve Věstníku MZ ČR, částka 14 z roku 2015 v části „I. Standardy přístrojové vybavenosti - neonatologická intenzivní péče“ pod bodem „2. Lůžko intenzivní vybavené kompletní“.

V Ústí nad Labem dne: 02 -05- 2019

.....
Ing. Václav Štyvar
vedoucí oddělení
Samostatné oddělení veřejných zakázek

