

25.4.

Objednávka 4600080080

Datum objednávky 25.04.2019
 Vyhotovuje: [redacted]
 Oddělení: Zdravotnická tech.
 Telefon: [redacted]
 fax:
 Mail: [redacted]

Adresa odběratele (fakturační):
 Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:
 Krajská zdravotní, a.s.
 Nemocnice Most, o.z.
 J.E.Purkyně 270
 434 64 Most

RADIX CZ s.r.o.
 Čáslavská 231
 284 01 Kutná Hora - Karlov

Vaše číslo dodavatele u nás 1001701
 Termín dodávky: 25.04.2019

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava flexibilního cystoskopu	120.840,00	120.840,00

Objednáváme u Vás opravu flexibilního cystoskopu v.č.SN 2195429, inv.č.410001583

- oprava výměnou (reklamace neuznána)
- oddělení urologie Nemocnice Most, [redacted]

Objednávka vystavena na základě Vaší cenové nabídky č.068-18-PES-R2 ze dne 25.3.2019

Celk.hodn. s DPH CZK , 120.840,00



Schválil: [redacted]
 Z důvodu registrace od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627 [redacted]
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Komu: Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o.z.
Vážená paní
[REDACTED]
referent, OZT
J.E.Purkyně 270
434 64 Most
Česká republika

Odborný posudek č: 25032019

Přístroj: Cysto-Urethro-fibroskop
Typ: 11272C1
SN: 2195429
Pracoviště: Urologické oddělení - OS

TECHNICKOU PROHLÍDKOU PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:

- Při zevrubné a detailní kontrole bylo zjištěno, že došlo k mechanickému poškození opláštění distálního konce fibroskopu. Díky tomuto poškození došlo k narušení těsnosti fibroskopu a pravděpodobného vniknutí dezinfekčního detengertu do vnitřního prostoru fibroskopu.
- U takto poškozeného fibroskopu nelze 100% zajistit doporučené sterilizační a dezinfekční postupy a zajistit tak bezpečnost pacienta.



S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE DOPORUČUJEME PROVÉST:

- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a faktům, doporučujeme vyřadit přístroj z provozu a dalšího užívání.
- Vzhledem k nemožnosti zajištění opravy ve 100% rozsahu navrhujeme opravu výměnou za nový fibroskop na který poskytujeme záruku v délce 24měsíců.

POZNÁMKA SERVISU: POSOUZENÍ STAVU VÝROBCEM

Na základě tohoto posudku se servisní partner, společnost RADIX CZ s.r.o. vzdává jakékoliv právní zodpovědnosti za možný úraz nebo škody, způsobené tímto přístrojem. Majitel byl tímto seznámen se stavem přístroje a doporučením vyřadit přístroj z provozu / zajistit jeho opravu.

Vzhledem ke skutečnosti, že poškození distálního konce fibroskopu (a následně vniknutí dezinfekčního detengertu do vnitřních prostor fibroskopu) je mechanického původu, nejedná se o vadu materiálu, nelze tuto opravu uznat jako záruční.

Výše uvedené poškození je mechanického původu zapříčiněné externím zaviněním a vzhledem k této skutečnosti nemůže být uvedená oprava uznána jako záruční.

Přibližná doba opravy výměnou je cca. do 3 týdnů od schválení cenového návrhu. Platnost cenového návrhu je 30 dnů. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu výměnou je 24 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu společnosti, [REDAKCE]

V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 2 dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

V případě schválení tohoto cenového návrhu budou přístroje ekologicky zlikvidovány na naše náklady.

POSUDEK ZPRACOVAL: [REDAKCE]

SOUHLASÍM
PODPIS / RAZÍTKO




zdravotnická technika

ČÁSLAVSKÁ 231, 28401 KUTNÁ HORA
IČO: 26774321, DIČ: CZ26774321

DNE: 25.3.2019 .

DNE:



RADIX CZ
zdravotnická technika

Inv. 41001523

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov

Komu: Krajská zdravotní, a. s., Nemocnice Most, o.z.

Vážená paní

referent, OZT

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

Česká republika

Název: Endoskopické vybavení Karl Storz

Nabídka číslo: 068-18-PES-R2

25.03.2019

kat. číslo	název	kusů / MJ	DPH%	cena / kus / MJ bez DPH	CELKEM BEZ DPH
	Oprava flexibilního Cysto-uretro fibroskopu, SN: 2195429 - výměnou				
11272C1	Cysto-Urethro-fibroskop, ohyb distálního konce 210 ° / 140 °, směr pohledu 0 °, úhel pohledu 110 °, pracovní kanál - vnitřní průměr 7 Fr., velikost pláště 15,5 Fr., pracovní délka 37 cm	1	21	273 238,00 Kč	273 238,00 Kč

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Základní cena bez DPH:	273 238,00 Kč
0%	0,00	0,00	Sleva	- 173 370,00 Kč
15%	0,00	0,00	Cena celkem bez DPH:	99 868,00 Kč
21%	99 868,00	20 972,28	DPH:	20 972,28 Kč

Cena celkem včetně DPH: **120 840,00 Kč**

Platnost nabídky: do 30.05.2019, dodací lhůta: 8 týdnů od objednání, záruční lhůta: 24 měsíců.
Při objednávce do 5000 Kč bez DPH bude účtováno poštovné a balné. Servis a instalaci zajišťuje RADIX CZ s.r.o.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.
S pozdravem

Manažer prodeje společnosti RADIX CZ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 6. května 2019 11:47
Komu: [REDACTED]
Předmět: Objednávka

Dobrý den,

děkujeme za Vaši objednávku.
4600080080

S pozdravem

[REDACTED]
Obchodní oddělení



Čáslavská 231
284 01 Kutná Hora – Karlov, Česká republika