



Název veřejné zakázky: „Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. III“

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: 1543/2019

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### **Dotaz pro ČÁST 1:**

Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD k části 1.

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce: „Chirurgická operační svítidla pro Krajskou zdravotní, a.s. III“ – část 1: Nemocnice Teplice, o.z. – Gynekologicko-porodnické oddělení

1. Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED“

Na trhu se v současné době vyskytují systémy se 2 způsoby mísení světla, které využívají různí výrobci.

V prvním případě se jedná o mísení světla přímo v jednotce LED. Tento systém obsahuje bílé LED diody, které jsou schopny systémem napájení vytvářet bílé světlo o různé barevné teplotě. Nevýhodou zde může být menší rozsah nastavení barevných teplot a hlavně krokové změny těchto hodnot (např. 3 800°/4 300°/4 800°K – plynulá změna barevné teploty není možná).

V druhém případě dochází k mísení světla mimo LED jednotku. V tomto případě systém obsahuje bílé LED diody o různé barevné teplotě, kde výsledná barva světla (teplota) vzniká mísením ve vzdálenosti cca 60cm od hlavy světla. Ve vzdálenosti větší je pak již světlo homogenní a má požadovanou (nastavenou) barevnou teplotu. Výhodou je větší rozsah nastavitelné barevné teploty (3 500° - 5 000°K) a hlavně plynulost nastavení hodnoty. Vzhledem k doporučené pracovní vzdálenosti světel (80 – 160cm) a s přihlédnutím k průměru hlavy světla (cca 70cm) je technicky nemožné a klinicky neopodstatněné světlo používat ve vzdálenosti pracovního pole menší než 80 cm a tím pádem mísení světla ve vzdálenosti menší než 60 cm od hlavy svítidla nemůže narušit a ovlivnit zamýšlený medicínský účel.

Bude zadavatel akceptovat technické řešení mísení světla mimo jednotku LED za předpokladu, že splňuje původně zamýšlený medicínský účel a všechny další požadavky technické specifikace?



**Odpověď:**

Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

Vzhledem k výše uvedenému zpřesnění zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pouze pro část 1: Chirurgické operační svítidlo pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Teplice, o. z.** Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 06 -05- 2019

06  
 Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401/13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

