



## Poskytnutí dodatečných informací č. 2

*v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.*

s názvem:

### „Dodávka 4 ks ultrazvuků“ – část C – MNUL JIRP

#### Dotaz:

Žadatel požaduje 2 kusy konvexních sond nejvyšší kvality pro vyšetření celého břicha malých a velkých dětských pacientů - 1 kus s frekvencí cca. 3-8 MHz a 1 kus s frekvencí 2-4 MHz. Pokud je k dispozici konvexní sonda s frekvencí 2-8 MHz, je možné nabídnout pouze jeden kus konvexní sondy s touto frekvencí místo 2 kusů sond požadovaných v technické specifikaci?

#### Odpověď:

Zadavatel požaduje 2 různé konvexní sondy z důvodu oprávněného klinického požadavku na možnost vyšetření velmi malých dětských pacientů, ale i větších skoro dospělých dětí. Z těchto důvodů by sonda pro velmi malé dětské pacienty měla být i anatomicky uzpůsobená (vč. velikosti), což zadavatel předpokládá vzhledem ke specifikovanému požadavku:

- 2ks konvexních sond nejvyšší kvality pro vyšetření celého břicha malých i velkých dětských pacientů
- s frekvenčním rozsahem cca. 3 – 8 MHz (pro malé pacienty, možno nahradit mikrokonvexní sondou)
  - s frekvenčním rozsahem cca. 2 – 4 MHz

Dále zadavatel právě pro tento případ připustil nabídnout mikrokonvexní sondu.

V Ústí nad Labem dne:

- 4 - 08 - 2014

  
  
**Krajská zdravotní, a.s.**  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627  
**Ing. Petr Fiala**  
generální ředitel