



Název veřejné zakázky: **Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. –
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – část 3 –
Klinika urologie a robotické chirurgie**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1655/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č.3

Dotaz č. 1

Na základě zkušeností s elastografií prostaty (Supersonic airexplorer) bylo zjištěno, že shear waves elastografie má u tuhé prostaty na rozdíl od jater minimální význam.

Proto bkMedical připravil optimalizované řešení pro prostatu a varle ve formě statické – kompresní elastografie.

Bude toto optimalizované řešení akceptováno??

Odpověď na dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je v požadovaném medicínském účelu, ke kterému má ultrazvukový přístroj sloužit mimo jiné uvedeno:

„Peroperační UZ přístroj pro kliniku urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní,

a.s. Peroperační ultrazvukový přístroj pro urologické aplikace v dutině břišní a pánevní vybavený příslušným SW a HW.“

Shearwave elastografie má tedy v tomto případě sloužit nikoliv ke stanovení tuhosti prostaty, ale má být součástí předoperačního vyšetření parenchymatózních orgánů dutiny břišní sloužící ke zhodnocení jejich stavu, před zahájením vlastní operace. Zde je benefit shearwave elastografie jednoznačný, včetně možnosti přesně kvantifikovat tuhost těchto orgánů v jednotkách kPa.

Zadavatel tedy trvá na původním zadání.

V Ústí nad Labem dne:

22 -05- 2019

.....
Ing. Václav Štyvar
Vedoucí samostatného oddělení
veřejných zakázek