

Poskytnutí dodatečných informací č. 8

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz:

V části ZD Projektová dokumentace – Část 1: Angiografická linka s flat detektorem – 1 ks je v provozních požadavcích u bodu 1.4 RTG zářič s vysokorychlostní anodou s minim. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu a dále požadovaných parametrů vzhledem k velikosti (kVA/mm) pod odrážkou 1.4.4 požadován RTG zářič s integrovanou mřížkou pro spínání pulsní fluoroskopie (grid switch) pro eliminaci nepotřebných měkkých složek RTG záření.

V původní zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení na angiografickou linku s flat detektorem ze dne 11. 7. 2013 však tento požadavek chybí a nyní byl nově zařazen.

Je možné nabídnout a dodat RTG zářič s vysokorychlostní otáčivou anodou s technologií tekutého ložiska se spirální drážkou a 3 ohnisky odpovídajícího výkonu (třetí ohnisko – mikroohnisko) s přídatnou spektrální filtrací RTG záření (měď) v několika stupních a automatickou volbou přídatné filtrace v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu pro snížení celkové dávky záření automatickou pro eliminaci ozáření personálu či pacientů umožňují eliminaci nepotřebných měkkých složek RTG záření, avšak bez integrované mřížky pro snímání pulsní fluoroskopie.

Odpověď

Zadavatel trvá na splnění podmínek uvedených v ZD Projektová dokumentace - Část 1: Angiografická linka s flat detektorem - bod 1.4.4.

V Ústí nad Labem dne:

- 6 -08- 2014

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627



Ing. Petr Fiala
generální ředitel