



Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Dodávka 4 ks ultrazvuků část A - ARO Děčín“

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje přístroj s :

- interní min. 15" barevný LCD displej

Bude zadavatel akceptovat přístroj s min. 10" barevným LCD displejem? V části D požaduje zadavatel také pouze 10" a pro tento typ přístroje by měl být dle konzultace na cílovém oddělení displej dostatečný a nepreferující pouze úzkou část přístrojů na trhu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na splnění podmínek zadávací dokumentace VZ Dodávka 4ks ultrazvuků v bodě 3.1 Předmět veřejné zakázky část A – UZ přístroj pro ARO Děčín.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje přístroj s :

- integrovaná DVD-RW mechanika

Zadavatel požaduje k archivaci kromě USB a PACS také CD. Toto medium je v současné době používáno čím dál méně a proto výrobci toto zařízení již nedávají do standardního vybavení. Bude zadavatel akceptovat externí zařízení CD/DVD-RW, aby bylo docíleno nediskriminačního charakteru soutěže?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat splnění požadavku v VZ Dodávka 4ks ultrazvuků v bodě 3.1 Předmět veřejné zakázky část A – UZ přístroj pro ARO Děčín na integrovanou DVD-RW mechaniku nabídnutím externího zařízení CD/DVD-RW.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje přístroj s :

- HDD o kapacitě min. 80GB

Vnitřní paměť (HDD) slouží k ukládání obrazů získaných při vyšetření pacientů. Vnitřní paměť přístroje, který by uchazeč rád nabídl je 8 GB a je možné do ní uložit až 30 000 obrazů. Dále je možné z přístroje data přetáhnout do externího zařízení a prohlížet (požadavek na archivační




konektivitu). Kapacita 30 000 obrazů je z klinické praxe absolutně dostačující a dokonce bohatě přesahující standardní požadavky. Umožní zadavatel nabídnout přístroj s kapacitou paměti 8GB?

Odpověď č. 3

Zadavatel trvá na splnění podmínek zadávací dokumentace VZ Dodávka 4ks ultrazvuků v bodě 3.1
Předmět veřejné zakázky část A – UZ přístroj pro ARO Děčín.

Na základě výše uvedených dotazů a odpovědí zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část A na 01.09.2014 v 10:00. Otevírání obálek se uskuteční dne 01.09.2014 v 12:00.

V Ústí nad Labem dne: 12 -08- 2014

02 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

