



Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Dodávka 4 ks ultrazvuků část D - MNUL gynekologie“

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje přístroj s :


- Interní disk s kapacitou min. 120 GB

Vnitřní paměť (HDD) slouží k ukládání obrazů získaných při vyšetření pacientů. Vnitřní paměť přístroje, který by uchazeč rád nabídl je 8 GB a je možné do ní uložit až 30 000 obrazů. Dále je možné z přístroje data přetáhnout do externího zařízení a prohlížet. Kapacita 30 000 obrazů je z klinické praxe absolutně dostačující a dokonce bohatě přesahující standardní požadavky. Umožní zadavatel nabídnout přístroj s kapacitou paměti 8GB?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na splnění podmínek zadávací dokumentace VZ Dodávka 4ks ultrazvuků v bodě 3.1
Předmět veřejné zakázky část D – UZ přístroj pro gynekologické oddělení v Masarykově nemocnici.

V Ústí nad Labem dne: 12 -08- 2014

02

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel