

Poskytnutí dodatečných informací č. 11

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“ – část 3

Dotaz č. 1:

V části č. 3 : ventilátor pro umělou plicní ventilaci plic pro KCC (ARO,JIP lůžko) – 4ks

zadavatel uvádí požadavek na automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory či alternativní systém regulace s pomocí duálního režimu pro protektivní ventilace.

Myslí zadavatel uvedenou alternativou režim nebo kombinaci dvou režimů, které splňují automatické regulování a optimalizování frekvence řízených dechů u pacientů s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity?

Odpověď č. 1

Zadavatel požadavkem na alternativní systém u pacientů s dech.aktivitou i bez dech.aktivity má na mysli systém, který bude plně respektovat náhlé změny plicní mechaniky a tím bude zajišťovat předepsaný a požadovaný způsob ventilace, tzn. garanci minimálních a maximálních dechových objemů – normokapnie, optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory, automaticky ve vztahu k plicní mechanice

Dotaz č. 2:

V části č. 3 : ventilátor pro umělou plicní ventilaci plic pro KCC (ARO,JIP lůžko) – 4ks

Zadavatel uvádí požadavek - kapnometrie.

Rozumí uchazeč správně tomuto požadavku tak, že nabízený přístroj má mít pouze možnost kapnometrie?

Odpověď č.2:

Zadavatel tímto požadavkem nemyslel možnost kapnometrie, ale zamýšlel tím, že přístroj musí obsahovat kapnometrii.

V Ústí nad Labem dne:

13-08-2014

06

KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/17A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

21