

Poskytnutí dodatečných informací č. 13

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“- část 25

Dotaz č. 1:

V technický požiadavkách sú definované parametre magnetických cievok pre transkraniálnu magnetickú stimuláciu, 90mm, 2x70mm a 2x 110mm.

Je možné tieto dodať v mierne rozdielnych rozmeroch? Veľkosti nami dodávaných cievok sú, 100mm, 2x100mm a 2x100mm(predpokladám i keď to nie je v špecifikácii že ide o uhlovú cievku). Veľkosť však nie je rozhodujúcim parametrom.

Zadané parametre cievok sa u výrobcov mierne odlišujú, preto takéto presné definovanie rozmerov je diskriminačné.

Odpoveď č. 1

Zadavateľ bude akceptovať ponuku odlišného ponúkaného rozměru cívek.

Dotaz č. 2:

v špecifikácii sú definované funkcie MMP Plus a signal Enhancer. Tieto funkcie sú diskriminačné nakoľko sa jedná o špecifické označenie tej istej funkcie jedným výrobcom čo znemožňuje účasť iných výrobcov.

Je možné tieto parametre vypustiť zo špecifikácie, aby bolo možné dodať zariadenie rovnakej kvality ale iného výrobcu?

Odpoveď č.2:

Zadavateľ bude akceptovať variantní řešení za podmínek, že nabízené řešení bude kvalitativně a funkčně shodné s požadovanými funkcemi uvedenými v projektové dokumentaci.

Dotaz č. 3:

Pod pojmem stimulácie vysokofrekvenčnej a nízkofrekvenčnej sa myslí stimulácia elektrická, magnetická alebo stimulácia neelektrická pri vyšetrení Evokovaných potenciálov.

Odpověď č.3:


Pod požadavkem „repetitivní stimulační jak vysokofrekvenční tak nízkofrekvenční“ zadavatel zamýšlel stimulaci elektrickou.

Zadavatel stanovuje v souvislosti se změnou technické specifikace pro:
část 25: Sdružený EMG přístroj v kombinaci s modulem evokovaných potenciálů

novou lhůtu pro podání nabídek do 4. 11. 2014 v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 11 2014 v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: 15 -08- 2014

06 

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel