



Název veřejné zakázky: **Ventilátor pro dlouhodobou ventilaci pro Nemocnici Teplice, o.z**
Druh zadávacího řízení: **Otevřené nadlimitní**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1653/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v příloze č. 3 technická specifikace k veřejné zakázce splnění tohoto parametru:

- Měření dechové frekvence a spontánní dechové frekvence **minimálně v rozsahu 0 – 300 dechů/minutu**
- Compliance v rozsahu **minimálně 0 – 600 ml / mbar**
- Rezistence v rozsahu **minimálně 0 – 900 mbar**

Uchazeč má za to, že požadavek zadavatele na takový rozsah měření dechové frekvence, Compliance a Rezistence, je zcela irelevantní a neopodstatněný a v klinické praxi u konvenčního ventilátoru nepoužitelný.

Vycházíme z dlouholetých zkušeností a z klinické praxe, kde ventilátory umožňují nastavit dechovou frekvenci **pro dospělé a děti v rozsahu od 1 do 100 dechů za minutu** a pro novorozence v rozsahu **od 1 do 150 dechů**. Proč tedy požadavek na monitorování dechové frekvence v rozsahu až do 300 dechů za minutu?

Upozorňujeme také na to, že se jedná o ZP pro aplikaci ventilace dospělých pacientů a dětí, jak je uvedeno v technické specifikaci, není určeno pro novorozence.

S tím také přímo souvisí požadavek zadavatele na vypočítávání parametrů z křivek, kde stanovuje zadavatel rozsah pro Compliance 0-600 ml/mbar a pro Rezistenci 0-900 mbar. Dle uchazeče jsou i tyto požadavky irelevantní, fyziologicky s ohledem na stanovený účel použití plicního ventilátoru neaplikovatelné.

Uchazeč nabízí zadavateli technologické řešení pro tyto rozsahy parametrů pro jednotlivá měření:

1. Rozmezí frekvence: F_{total} , F_{mand} , F_{spont} , (rozmezí 0 – 200 dechů za minutu)
2. Compliance: C_{stat} , C_{dyn} , (rozmezí 0 – 300 ml/cmH₂O)
3. Rezistence: R_{insp} , R_{exp} (rozmezí 0 – 600 cmH₂O)



Bude zadavatel akceptovat nabízené technologické řešení uchazeče?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na podmínkách dané zadávací dokumentací, včetně technické specifikace.

V Ústí nad Labem dne: 07-06-2019

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

