



Název veřejné zakázky: **„Dodávka jednorázových operačních setů“**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1580/2019**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Dotazy se vztahují k ČÁSTEM 1, 2, 3 + zadavatel dále upravuje a zpřesňuje níže uvedené položky.**

### **Dotazy vztahující se k ČÁSTI 2:**

#### **Dotaz č. 1:**

*Převazové sety*

- 1) Set malá chirurgie -položka 3
- 2) Set traumatologie – artroskopie – položka 5
- 3) Set traumatologie standard – položka 2

- zadavatel požaduje 10x Tampón šitý, břišní rouška, netkaná textilie, 10x10cm s RTG nití - červená tkanice

**Můžeme nabídnout břišní roušku z netkané textilie 2-vrstvou o rozměrech 40x20cm, o gramáži jedné vrstvy 50g/cm<sup>2</sup>, svázané papírovou páskou? Uvnitř setu by současně byly vloženy dva identifikační štítky se seznamem všech komponentů, které slouží pro duplicitní kontrolu počtu použitých komponentů během operačního výkonu.**

#### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel se rozhodl položky s názvem: Tampón šitý, břišní rouška, netkaná textilie, 10 x 10cm s RTG nití a červenou tkanicí, vyjmout ze všech setů vypsaných v této veřejné zakázce.

Jedná se o tyto konkrétní sety:

Část 2:

- Set č. 1 Set malá chirurgie, řádek č. 3  
Set č. 2 Set traumatologie – artroskopie, řádek č. 5  
Set č. 3 Set traumatologie standard, řádek č. 2

Část 3.:

- Set č. 1 Set Karotida, řádek č. 11  
Set č. 5 Set extenční, řádek č. 5  
Set č. 5 Set hlava NCH, řádek č. 6  
Set č. 6 Set plotna NCH, řádek č. 4



**Dotaz č. 2:**

**4) Set zákrokový 1**

- položka 6 – zadavatel požaduje roušku 45 x 75cm, 2-vrstvou z netkané textilie

***Můžeme nabídnout operační roušku 2- vrstvou (polyetylen + polypropylen), 45x75cm. Tento materiál zcela odpovídá normě pro používané roušky na operačním sále a účel použití je srovnatelný s netkanou textilií.***

***Jedná se o roušku obalovou, ve které je celý set zabalený, nebo je tato rouška jedním z komponentů setu?***

**Odpověď č. 2:**

ANO. Materiál roušky může být z kombinace polyetylen + polypropylen (tedy netkané textilie + nepropustná vrstva), rouška musí být splývavá. Nejedná se o roušku „balící“. Rouška, do které je set zabalen se nachází pod řádkem č. 1

**Dotaz č. 3:**

**5) Set zákrokový 2**

- položka 4 – zadavatel požaduje rouška 75 x 90cm s adhezí okolo centrálního otvoru, otv. 5x7cm

***Můžeme nabídnout operační roušku 2- vrstvou (polyetylen + polypropylen), 75x90cm, s centrálním kulatým adhezním otvorem Ø 8cm?***

**Odpověď č. 3:**

ANO. Materiál roušky, viz odpověď č. 1.

ANO, rouška může mít kulatý adhezní otvor zmiňovaného rozměru, viz Technická specifikace v části 2.

**Dotaz č. 4:**

- položka 5 – zadavatel požaduje roušku 45 x 75cm, 2-vrstvou z netkané textilie

***Můžeme nabídnout operační roušku 2- vrstvou (polyetylen + polypropylen), 45x75cm. Tento materiál zcela odpovídá normě pro používané roušky na operačním sále a účel použití je srovnatelný s netkanou textilií.***

***Jedná se o roušku obalovou, ve které je celý set zabalený, nebo je tato rouška jedním z komponentů setu?***



**Odpověď č. 4:**

ANO, viz odpověď č. 1.

ANO, v tomto případě se jedná o roušku „balící“.

**Dotaz č. 5:**

**6) Set zákrokový 3**

- položka 5 – zadavatel požaduje Roušku s centrálním otvorem, otv.Ø 7cm, 75x90cm

***Můžeme nabídnout roušku 75x90cm s centrálním otvorem Ø 8cm?***

**Odpověď č. 5:**

ANO, viz Technická specifikace v části 2.

**Dotaz č. 6:**

- položka 6 – zadavatel požaduje roušku 75 x 90cm, 2-vrstvou z netkané textilie

***Můžeme nabídnout operační roušku 2- vrstvou (polyetylen + polypropylen), 75x90cm. Tento materiál zcela odpovídá normě pro používané roušky na operačním sále a účel použití je srovnatelný s netkanou textilií.***

***Jedná se o roušku obalovou, ve které je celý set zabalený, nebo je tato rouška jedním z komponentů setu?***

**Odpověď č. 6:**

ANO, viz odpověď č. 1.

NE. Nejedná se o roušku obalovou, celý set je zabalen v papíru nebo fólii, kde jsou jednotlivé komponenty seřazeny.

**Dotazy vztahující se k ČÁSTI 3**

**Dotaz č. 7:**

*Kombinované operační sety speciál*

1) Set karotida – položka 11

4) Set extenční – položka 5

5) Set hlava NCH - položka 4

- zadavatel požaduje Tampón šitý, břišní rouška, netkaná textilie, 10x10cm s RTG nití - červená tkanice, svázané á 10ks



***Můžeme nabídnout břišní roušku z netkané textilie 2-vrstvou o rozměrech 40x20cm, o gramáži jedné vrstvy 50g/cm<sup>2</sup>, svázané papírovou páskou á 10ks? Všechny „drobné“ komponenty jsou vloženy do vhodného obalu (papírový sáček nebo krabička- podle jejich počtu), uvnitř kterého jsou dva identifikační štítky se seznamem všech vložených komponentů, které slouží pro duplicitní kontrolu počtu použitých komponentů během operačního výkonu.***

**Odpověď č. 7:**

Viz dotaz č. 1

**Dotaz č. 8:**

**3) Set oční obvazový**

- položka 2 – rouška oční 140 x 170cm, třívrstvá netkaná textilie typu SMS, dvě záchytné kapsy

***Můžeme nabídnout roušku oční z netkané voděodpuzející textilie 150 x 150cm, s centrálním otvorem, celoplošně zakomponovanou incizní fólií a jednou záchytnou kapsou? Celoplošně zakomponovaná incizní fólie nijak neovlivňuje účel použití roušky. Rouška je opatřena jednoduchým piktogramem pro označení směru kapsy a univerzálně použitelná jak pro levé, tak pravé oko.***

**Odpověď č. 8:**

ANO, zadavatel připouští použití materiálu roušky 2-vrstvé. Celoplošně zakomponovanou incizní fólii však neakceptuje. Zadavatel připouští možnost použití oční roušky se dvěma záchytnými kapsami a incizní fólií (extra), která bude součástí setu, jako další položka. Tuto roušku požadujeme bez adheze. Doplňujeme rozměr otvoru této roušky, který bude oválného tvaru 5x8cm.

**Dotaz č. 9:**

**5) Set hlava NCH**

- položka 18 - zadavatel požaduje 4x roušku 100 x 120cm z materiálu SMS

***Opravdu zadavatel požaduje roušku těchto rozměrů? Můžeme nabídnout roušku 2-vrstvou (polyetylen + polypropylen)?***

**Odpověď č. 9:**

NE. Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci.

**Dotaz č. 10:**

- položka 19 – zadavatel požaduje 2x rouška 2-vrstvá 150x190cm, balicí



***Jedná se pouze o roušky totožné jako je rouška z pozice 1 a budou použity na další pomocné instrumentační stolky, nebo zadavatel požaduje do těchto roušek některé komponenty zabalit? Pokud ano, prosíme o upřesnění.***

**Odpověď č. 10:**

Jedná se o stejnou roušku, která je v řádku č. 1. Roušky z řádku č. 19 jsou použity na další pomocný stolek a vaříč. Nejedná se o balící roušky.

**Dotaz vztahující se k ČÁSTI 1**

**Dotaz č. 11:**

**5) Set URO-GYN**

**- položka 2 – zadavatel požaduje roušku speciální s otvorem 15 x 6cm se savou výztuží okolo operačního pole.**

***Můžeme nabídnout roušku odpovídajících rozměrů, dvouvrstvou, bez výztuže okolo operačního pole? Rouška kvalitativně odpovídá účelu použití pro dané typy operací. Vzhledem k 2vrstvému materiálu roušky, je velmi dobrá přilnavosti adheze okolo operačního pole.***

**Odpověď č. 11:**

NE. Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci. Tento set je využíván i při operacích s větším výskytem tekutin, proto zadavatel požaduje savou výztuž v okolí operačního pole.

**Zadavatel dále upravuje a zpřesňuje tyto položky:**

- 1) Část 4, položka č. 1 (Set císařský řez) – Upraveno pořadí v setu po rozbalení!
- 2) Část 3, položka č. 4 (Set extenční), řádek č. 3 - Rouška s otvorem a incizní fólií, otvor 20x30cm s IF, 300x240/350cm – popis roušky doplněn o 2 kapsy 50x70cm a přiložen obrázek pro lepší názornost.
- 3) Část 5, položka č. 4 (Set TEP koleno 2), řádek č. 7 – Operační rouška 2-vrstvá 100x150cm – měníme požadavek na velikost roušky na nový rozměr: min. 150x190cm
- 4) Část 5, položka č. 2 (Set TEP kyčel 2) – doplňujeme o položku, řádek č. 7.1. Krycí rouška 2vrstvá 100 x 150cm
- 5) Část 5, položka č. 6 (Set ruka), řádek č. 3 - jednorázová stříkačka 2-dílná, 2ml – došlo zde k chybě v psaní, opravujeme na - jednorázová stříkačka 2-dílná, 20ml
- 6) Ve všech částech v technické specifikaci zadavatel připouští toleranci **-15%** u všech položek, které nejsou označeny jako minimální, vyjma čepelek. Maximální rozměry nejsou stanoveny.
- 7) Upravujeme odpověď č. 34a v předchozích dotazech, kde se stala chyba v psaní.



V technické specifikaci bylo vše uvedeno správně. Správná odpověď: ANO, zadavatel bude v tomto případě akceptovat roušku s integrovanými návleky na končetiny, za předpokladu, že spodní část roušky (visící mezi nohama pacienta) bude dostatečně dlouhá, minimálně 115cm.

Zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a na profilu zadavatele upravenou přílohu č. 2 Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky.

V souvislosti s výše uvedeným zpřesněním zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **pro všechny části** výše uvedené veřejné zakázky. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

**Příloha č. 1:** příloha č. 2 Specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky\_upravená

V Ústí nad Labem dne:

07-06-2019

02



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel