

Poskytnutí dodatečných informací č. 14

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“- část 12

Dotaz č. 1:


V příloze č.2 - Projektová dokumentace je na str. 18 pro část 12: Přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky uveden jako jeden z požadovaných měřitelných parametrů "Saturace O2".

Vzhledem k tomu, že přístroj dodávaný naší společností splňuje veškeré ostatní požadované parametry a kritéria maximální kvality a zároveň jsme již dodali tento přístroj na jiná pracoviště v rámci projektů na vybavení iktových center, rádi bychom se zeptali, zda zadavatel akceptuje naši nabídku na přístroj bez zobrazení tohoto parametru (saturace O2).

Odpověď č. 1

„Zadavatel trvá na splnění podmínek zadávací dokumentace“

V Ústí nad Labem dne: 26-08-2014



06
Kz

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

