

Poskytnutí dodatečných informací č. 6

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Chirurgický šicí materiál pro Krajskou zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1:

Zadavatel v souboru Specifikace předmětu veřejné zakázky definuje v části 10 – Nevstřebatelný monofilamentní polyamid mj. níže uvedené položky.

8/0	6mm, 3/8 kulatá s mikrohrotem	15CM	24
8/0	6mm, 3/8 kulatá s mikrohrotem	15CM	48
10/0	6mm, 3/8 lanceta s mikrohrotem	15CM	48

Z popisu je patrný obecný popis požadovaných jehel – kulatá s mikrohrotem, případně lanceta s mikrohrotem. Žádáme tímto u bližší specifikaci takto popsané jehly, konkretizaci i prostřednictvím firemního názvu, popřípadě poskytnutí obrázkového znázornění.

Odpověď č. 1:

Zadavatel má za to, že výše uvedená specifikace vybraných položek předmětu plnění je obecně platná a dostatečná. Z důvodu dodržení zásad postupu zadavatele uvedených v § 6 a § 44 odst. 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nelze vyhovět požadavku na konkretizaci prostřednictvím firemního názvu, popřípadě poskytnutí obrázkového znázornění.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v souboru Specifikace předmětu veřejné zakázky definuje v části 7 – Nevstřebatelný monofilamentní polypropylen mj. níže uvedené položky.

4/0	3 x 17mm, 1/2 kulatá - ROUND	60CM	144
3/0	4 x 17mm, 1/2 kulatá - ROUND	60CM	144
2/0	3 x 26mm, 1/2 kulatá - ROUND	60CM	360
5/0	3 x 13mm, 1/2 kulatá -ROUND	75CM	360

Umístění 2 ks jehel na jedno vlákno je technicky srozumitelné.

Žádáme tímto zadavatele o technické objasnění požadavků 3x17, 4x17, 3x 26 a 3x13 pro jehly ve vztahu k jednomu vláknu.

Odpověď č. 2:

Údaj např. 3x17mm znamená, že v balení jsou tři vlákna s jehlou délky 17mm. Délka vlákna a síla je pak uvedena v jiných sloupečcích. Takže se nejedná o umístění 2 ks jehel (nebo 3 ks jehel) na jedno vlákno.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v souboru Specifikace předmětu veřejné zakázky definuje v části 4 – Střednědobě vstřebatelné pletené vlákno potahované – atraumatické návleky níže uvedené položky.

1	26mm, 1/2 kulatá, 2x zesílená	70CM	288
---	-------------------------------	------	-----

Z popisu je patrný obecný popis požadovaných jehel – kulatá, 2x zesílená. Žádáme tímto u bližší specifikaci takto popsané jehly, konkretizaci i prostřednictvím firemního názvu, popřípadě poskytnutí obrázkového znázornění.

Odpověď č. 3:

Zadavatel má za to, že výše uvedená specifikace vybraných položek předmětu plnění je obecně platná a dostatečná. Z důvodu dodržení zásad postupu zadavatele uvedených v § 6 a § 44 odst. 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nelze vyhovět požadavku na konkretizaci prostřednictvím firemního názvu, popřípadě poskytnutí obrázkového znázornění.

Dotaz č. 4:


Zadavatel v souboru Specifikace předmětu veřejné zakázky definuje v části 4 – Střednědobě vstřebatelné pletené vlákno potahované – atraumatické návleky níže uvedené položky.

7/0	6mm, 3/8 lanceta s mikrohrotem, zesílená	30CM	264
8/0	2 x 6mm, 3/8 lanceta s mikrohrotem, zesílená	30CM	72


Z popisu je patrný obecný popis požadovaných jehel lanceta s mikrohrotem, zesílená. Žádáme tímto u bližší specifikaci takto popsaných jehel, konkretizaci i prostřednictvím firemního názvu, popřípadě poskytnutí obrázkového znázornění.

Odpověď č. 4:

Zadavatel má za to, že výše uvedená specifikace vybraných položek předmětu plnění je obecně platná a dostatečná. Z důvodu dodržení zásad postupu zadavatele uvedených v § 6 a § 44 odst. 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nelze vyhovět požadavku na konkretizaci prostřednictvím firemního názvu, popřípadě poskytnutí obrázkového znázornění.



V Ústí nad Labem dne: **27-08-2014**

06




Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

