

**Název zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A  
401 13, Ústí nad Labem  
**IČO:** 25488627  
**Č. j.:** 1468/2019

## Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

**„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly - ČÁST 8: Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko, lehátko k ultrazvukovému vyšetření“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000021**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-006346**“

Předmět veřejné zakázky: Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko, lehátko k ultrazvukovému vyšetření

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Irelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

| Název | IČO |
|-------|-----|
|-------|-----|

Označení účastníků zadávacího řízení:

| Pořadové číslo nabídky | Název      | Sídlo                            | IČO      | Nabídková cena     |
|------------------------|------------|----------------------------------|----------|--------------------|
| 1.                     | RQL s.r.o. | U Jelena 109/7<br>736 01 Havířov | 25860020 | 158 997 Kč bez DPH |

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

| Název      | Sídlo                            | IČO      |
|------------|----------------------------------|----------|
| RQL s.r.o. | U Jelena 109/7<br>736 01 Havířov | 25860020 |

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník neprokázal splnění technické specifikace dle požadavků zadávací dokumentace v plném rozsahu. Z nabídky nebylo zřejmé, zda pojezdná kolečka o průměru minimálně 70 mm s brzdou jsou centrálně brzděná nebo centrálně zamykatelná. Účastník sdělil, že kolečka mají průměr 75 mm a jsou brzděná každé samostatně.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:  
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:  
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:  
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):  
Veřejná zakázka je rozdělená na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):  
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:  
Zadavatel se rozhodl zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

V Ústí nad Labem dne 14.06.2019

**Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.**

