

Název zadavatele: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 1536/2019

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Monitory a monitorovací stanice - ČÁST 3: Monitory životních funkcí k resuscitačním inkubátorům“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P19V00000085“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2019-009391“

Předmět veřejné zakázky: Monitory životních funkcí k resuscitačním inkubátorům

Cena sjednaná ve smlouvě: 0,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název:

Sídlo:

IČO:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Irelevantní

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Dräger Medical s.r.o.	Obchodní 124 251 01 Čestlice	26700760	1 455 000 Kč bez DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
Dräger Medical s.r.o.	Obchodní 124 25101 Čestlice	26700760

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Účastník neprokázal splnění technické specifikace dle požadavků zadávací dokumentace v plném rozsahu. Měření transkutánních plynů není součástí nabídky požadované zadavatelem v technické specifikaci.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Veřejná zakázka je rozdělená na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Vzhledem k tomu, že byl v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení vyloučen, zadavatel tímto rozhodnutím ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ:

(2) Zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud

b) zanikne účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení.

V Ústí nad Labem dne 20.06.2019

Ing. Václav Štyvar, vedoucí samostatného oddělení veřejných zakázek, v.r.

