

Poskytnutí dodatečných informací č. 15

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra a iktových center Krajské zdravotní, a. s.“- část 6

Dotaz č. 1:

Uchazečem nabízené infuzní pumpy používají pouze originální infuzní sety výrobce a to především a výhradně z důvodu bezpečnosti pacienta. Tyto sety garantují nejvyšší přesnost podání léčiva až po dobu 96 hodin nepřetržitého provozu, jsou opatřeny bezpečnostní zámkem zabraňujícím nežádoucímu samovolnému průtoku léčiva při otevření dvířek infuzní pumpy a navíc jsou „DEHP free“ což je další výrazný příspěvek k bezpečnosti a kvalitě péče v kontextu současných trendů. Zadavatel v dalším bodě technické specifikace u infuzních pump požaduje „ochranu proti samovolnému průtoku“, což právě uchazečem nabízené infuzní pumpy mají bezpečnostní zámek bránící volnému toku do pacienta na originálním setu. Tím je zajištěno, že k volnému toku infuze nedochází ani po vyjmutí setu z infuzní pumpy.


Uchazeč považuje navíc tuto podmínku za diskriminační, protože předem zásadním způsobem znevýhodňuje v podmínkách výrobce, kteří splnění tohoto parametru neumožňují právě s ohledem na garantovanou bezpečnost a přesnost dávkování roztoků a léčiv. Uchazeč se domnívá, že je nepřipustné požadovat garantovanou přesnost podání infuzními sety jiných než originálních výrobců, protože výrobce infuzní pumpy nemá možnost kontrolovat a garantovat kvalitu a případné změny výrobního procesu infuzních setů jiných výrobců a protože tak dochází k přenesení zodpovědnosti za bezpečnost péče o pacienta z výrobce spotřebního materiálu na výrobce infuzní techniky.

Dotaz: Trvá zadavatel i přes výše uvedené informace na možnosti použití PVC setů více různých výrobců vč. PVC setu, nebo bude s ohledem na bezpečnost péče o pacienta akceptovat i nabídku infuzních pump používajících výhradně infuzní sety originálních výrobců pump?

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadavku „možnost použití inf. setů více různých výrobců, vč. PVC setů“, neboť byl součástí požadavků Ministerstva zdravotnictví České republiky při schvalování zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

V Ústí nad Labem dne: 03-09-2014

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel