



Název veřejné zakázky: **Transportní ventilátor pro kardiochirurgické oddělení**

Druh zadávacího řízení: otevřené

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **1455/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Věc: **Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentaci**

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ), o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Transportní ventilátor pro kardiochirurgické oddělení**

Technické parametry požadované zadavatelem jsou uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace
Technická specifikace

Dotaz č. 1:

V Technické specifikaci zadavatel požaduje:

„Výdrž baterie při převozu minimálně 4h.“

Z uvedeného vyplývá, že zadavatel předpokládá použití přístroje a jeho funkcí při delších transportech. Účastník se domnívá, že takovýto přístroj by měl být rovněž vybaven i měřením CO₂.

Je tento předpoklad správný?

Odpověď č. 1

Ano, předpoklad uchazeče je správný. Zadavatel bude požadovat měření CO₂.

Dotaz č. 2

V Technické specifikaci zadavatel požaduje:

„Výdrž baterie při převozu minimálně 4h.“

Z uvedeného vyplývá, že zadavatel předpokládá použití přístroje a jeho funkcí při delších transportech. Účastník se domnívá, že takovýto přístroj by měl mít možnost v budoucnu rozšíření o měření SpO₂ včetně zobrazení pletysmografické křivky.

Je tento předpoklad správný?



Odpověď č. 2

Předpoklad uchazeče není správný. Zadavatel nebude ani v budoucnu požadovat možnost rozšíření o měření SpO2 včetně zobrazení pletysmografické křivky.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 25-06-2019

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel